Trámite Normal
22/7/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
82	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA Localidad: SANTANDER IRA-0140 Referencia informe técnico: CSN/IEV/IRA-0140/MO-30/2015 Fecha Solicitud: 29-04-2015	Autorización de modificación para: - Instalar un nuevo acelerador lineal de electrones Varian que dispone de 2 sistemas de imagen mediante tubos de rayos X - Dar de baja un acelerador Elekta al que sustituye	La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El nuevo acelerador se alojará en el búnker del que sustituye. Se requiere al titular, mediante la especificación nº 16, que junto con la comunicación de estar disponible para la inspección de puesta en marcha, aporte certificado de retirada del acelerador cuya baja solicita.

Trámite Normal
22 /07/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION DE MODIFICACION	Nombre: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Localidad: Facultad de Medicina, Campus Casanova, Barcelona) IRA 2265 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-06/IRA-2265/15 Fecha de solicitud: 13-03-2015	Instalación de investigación y docencia dedicada a usar material radiactivo en el campo de la investigación Solicitan autorización para: - Incorporar un irradiador biológico. - Dar de baja una dependencia - Modificar la actividad y número de isótopos		Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectúa la supervisora, con el soporte de la UTPR de la Universidad de Barcelona. El equipo irradiador biológico será suministrado por MAFESYSTER. La retirada del equipo cuando finalice su vida útil será efectuada al fabricante