

Trámite Simplificado

14/10/15

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
112	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: EMEA Electro Solutions, SL Localidad: BARCELONA OAR/0098 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0098/15 Fecha Solicitud: 4/05/2015	Solicita autorización para comercialización y asistencia técnica de : - Equipos de rayos que cuentan con aprobación de tipo	N/A	El solicitante ha presentado un contrato de colaboración profesional con un técnico autónomo que realiza la asistencia técnica de estos en España y dispone de la acreditación del fabricante y formación para realizar dichos trabajos, así como del diploma del curso de capacitación de operadores de instalaciones radiactivas, especialidad radiografía industrial- equipos de rayos X

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
113	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Hospital Universitario de Canarias</p> <p>Localidad: LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife)</p> <p>IRA-0103</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18/IRA-0103/2015</p> <p>Fecha Solicitud: 24-04-2015</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de Titular, de Consorcio Sanitario de Tenerife a Servicio Canario de Salud - Baja del equipo de rayos X para simulación, - Uso de isótopos no encapsulados - Cambio de uso de una unidad de radioterapia, que se usará para la verificación de los monitores de radiación y para la irradiación de bolsas de sangre utilizadas en las transfusiones. - Autorización para el mantenimiento de primer nivel para los equipos de radioterapia 	N/A	<p>Se adjunta copia de la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias en que la titularidad se adjudica al Servicio Canario de Salud. Esta situación se actualiza como consecuencia de la inspección al Servicio de Protección Radiológica realizada el 22-04-15.</p> <p>La sección de Ingeniería Biomédica del hospital está autorizada como Empresa de Venta y Asistencia Técnica y realiza el mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico Ahora solicitan autorización para el mantenimiento de primer nivel de los equipos de terapia.</p>
114	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: Perkin Elmer España, SL</p> <p>Localidad: TRES CANTOS (Madrid)</p> <p>IRA-2676</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2676/15</p> <p>Fecha Solicitud: 15-07-2015</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de la comercialización y asistencia técnica de nuevos sistemas de rayos X 		<p>Los equipos serán utilizados para investigación para radiografía de pequeños objetos y animales.</p> <p>Todos los equipos cuentan con aprobación de tipo</p>

Trámite Simplificado
14/10/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
111	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: RECYMET SYSTEMS, SL Localidad: RUBI (Barcelona) IRA-2497 Referencia informe técnico: CSN –GC/ IIEV/MO-04/IRA--2497/2015 Fecha de solicitud: 22.05.2015	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Adquirir dos nuevos equipos portátiles de rayos X- Dar de alta una nueva delegación en Amorebieta (Vizcaya).	Es preceptiva la inspección previa de puesta en marcha de la delegación de Amorebieta	