

Trámite Normal
11/11/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
124	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL MEIXOEIRO Localidad: VIGO (Pontevedra) IRA-2082 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA/2082/2015 Fecha Solicitud: 11/08/2015	Solicitud de modificación para: - Dar de baja un acelerador antiguo y dar de alta un acelerador lineal de electrones nuevo	La condición 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El Hospital Meixoeiro pertenece al Servicio Gallego de Salud. Se aportó informe de desmantelamiento del acelerador antiguo

Trámite Normal
11/11/15
INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Consorci Sanitari de Terrassa Localidad: Manresa (Barcelonès) IRA-3333 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3333/2015 Fecha Solicitud: 21-09-2015	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un acelerador lineal de electrones- Un conjunto de fuentes radiactivas encapsuladas de verificación	La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La instalación está destinada al tratamiento médico mediante técnicas de radioterapia externa. Evaluado por SCAR