

## ACTA DE INSPECCIÓN

\_\_\_\_\_, Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,

**CERTIFICA:** Que se ha personado el dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, en la **CLÍNICA “KLIC DENTAL SARRIGUREN”**, sita en la \_\_\_\_\_, en SARRIGUREN (Navarra), con NIF \_\_\_\_\_.



La visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuyo código de registro es NA-1426 a nombre de **KLIC DENTAL SARRIGUREN, S.L.**, y cuya última notificación de inscripción fue realizada en fecha 9 de junio de 2022. \_\_\_\_\_

La Inspección fue recibida por \_\_\_\_\_, cotitular de la clínica, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica. \_\_\_\_\_

La cotitular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. \_\_\_\_\_

De las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

### **UNO. INSTALACIÓN**

- La instalación consistía en tres salas, en las cuales se encontraban instalados los siguientes equipos:

---

- \* Sala 1. Un equipo de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_ , con nº de serie \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kV y \_\_\_\_\_ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- \* Sala 2. Un equipo de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_ con nº de serie \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kV y \_\_\_\_\_ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- \* Sala 3. Un equipo de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_ , con nº de serie \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kV y \_\_\_\_\_ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.

- Los equipos disponían de sus correspondientes placas de identificación. ----

- Según se manifestó, las paredes de la sala 3, su puerta de acceso y el visor del que dispone esta última se encontraban plomados. -----

- Con dichos equipos se utiliza la técnica digital. -----

- Las salas se encontraban señalizadas de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado. -----

## **DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN**

- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: un delantal plomado, dotado de protector tiroidal, de 0,25 mm de espesor. -----

## **TRES. NIVELES DE RADIACIÓN**

- Fueron medidos los niveles de radiación, en los puestos ocupados por la operadora de los equipos, en el exterior de las salas, con los siguientes resultados:

- \* Sala 1. Condiciones de disparo: \_\_\_\_\_ kV, \_\_\_\_\_ mA y \_\_\_\_\_ s. Tasa de dosis: Fondo radiológico ambiental.
- \* Sala 2. Condiciones de disparo: \_\_\_\_\_ kV, \_\_\_\_\_ mA y \_\_\_\_\_ s. Tasa de dosis: Fondo radiológico ambiental.
- \* Sala 3. Condiciones de disparo: \_\_\_\_\_ kV, \_\_\_\_\_ mA y \_\_\_\_\_ s. Tasa de dosis: Fondo radiológico ambiental. -----

#### **CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN**

- Estaba disponible una acreditación para dirigir el funcionamiento de la instalación a nombre de \_\_\_\_\_, odontóloga contratada por la clínica. \_\_\_\_\_

- Realizan el control dosimétrico de la trabajadora clasificada como expuesta, \_\_\_\_\_, mediante el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por la firma “ \_\_\_\_\_ ” de Madrid, archivándose los informes dosimétricos correspondientes, en los cuales no se reseñaba ninguna dosis anómala.

- La trabajadora expuesta a las radiaciones estaba clasificada como categoría “B”. —

#### **CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN**

- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y las Normas Básicas de Protección Radiológica. \_\_\_\_\_

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad de los equipos, así como los de la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes accesibles al público y los de la estimación de dosis a pacientes, realizados por la UTPR “ \_\_\_\_\_ ” de Madrid. Que la última revisión fue realizada en fecha 5/10/23.

- Estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación de fecha 8/11/23.

- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y la titular de la instalación de fecha 30/10/15. \_\_\_\_\_

- Según se manifestó, los equipos no habían sido intervenidos ni reparados desde su instalación, a excepción de una reparación mecánica del equipo de la firma \_\_\_\_\_

- Habían remitido al CSN el informe periódico de actividades. \_\_\_\_\_



## **SEIS. DESVIACIONES**

- No se detectaron. -----

Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre energía nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el RD 1029/2022 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y el RD 1085/2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona a dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la **CLÍNICA “KLIC DENTAL SARRIGUREN”**, para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado por \_\_\_\_\_ - DNI  
\*\*\*9758\*\* el día  
16/01/2024

KLIC DENTAL SARRIGUREN, S.L.  
CIF:  
TEL:



31621 SARRIGUREN

En Sarriguren, a 31 de enero de 2024

**Asunto:** CSN-GN/AIN/02/RX/NA-1426/2024

En contestación al acta de inspección de referencia CSN-GN/AIN/02/RX/NA-1426/2024 se manifiesta conformidad con el contenido.

En Sarriguren, a 31 de enero de 2024

N.º COL.:

.....

Firmado digitalmente  
por

Fecha: 2024.01.31  
18:01:28 +01'00'