

ACTA DE INSPECCIÓN

---

D. [REDACTED], funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 21 de noviembre de 2014 en el Dispensari Veterinari del Vallès SL, con NIF [REDACTED] sito en la Calle [REDACTED], [REDACTED], en Rubí (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la Inspección de una instalación de radiodiagnóstico veterinario cuya última inscripción fue llevada a cabo en fecha 7.06.2002 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Que la inspección fue recibida por la Sra [REDACTED], veterinaria, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección, en cuanto se relaciona con la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Que la representante de la titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

GENERALIDADES

- No se detectaron discrepancias con los datos registrales.-----
  - La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido.-----
  - Estaba disponible el plano de la instalación.-----
  - Estaba disponible la acreditación del CSN a nombre de la Sra [REDACTED] para dirigir en instalaciones de radiodiagnóstico veterinario.-----
-

- No estaba disponible ninguna acreditación a nombre de [REDACTED] i. Según se manifestó se encontraba sustituyendo a la Sra [REDACTED].-----
- Estaba disponible 1 dosímetro personal para el control dosimétrico de la Sra. [REDACTED].-----
- Estaba disponible un convenio con el [REDACTED] para la realización de dicho control dosimétrico.-----
- Se disponía de los registros mensuales y el historial dosimétrico de dichos dosímetros.-----
- Estaba disponible el contrato escrito con la UTPR [REDACTED].-----
- Dicha UTPR había realizado el control anual en fecha 20.12.2013.-----
- Estaba un certificado de conformidad de la instalación de fecha 30.01.2014.-----
- Estaba disponible el informe periódico de la instalación.-----
- Estaba disponible el programa de protección radiológica.-----
- Estaba disponible la clasificación del personal.-----
- Estaban disponibles delantales plomados y guantes y protectores tiroideos.-----
- Como cuerpo dispersor se utilizó un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm.-----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] n/s 1190.-----

#### SALA DE RAYOS X

- Dicha sala linda con:
    - quirófano
    - pasillo
    - sala de curas
    - almacén
  - Disponía de acceso señalizado y controlado.-----
  - Se encontraba instalado un equipo fijo de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] t nº serie G 14467, de 125 kv y 300 mA.-----
  - El veterinario se situaba junto a la mesa del equipo cuando el animal no se
-

encontraba anestesiado y fuera de la dependencia cuando si lo estaba, siempre provisto de delantal.-----

- Los disparos eran realizados mediante un disparador de hombre muerto con cable de 2,5 m.-----

- Con unas características funcionamiento de 70 kV, 100 mA y 0.2 s, se midieron 10 mSv/h a pie de tubo sin delantal plomado y de 20 µSv/h en el mismo lugar tras delantal plomado.-----

### Desviaciones

- No puede manejar el equipo de rayos X nadie sin acreditación para dirigir la instalación. La Sra. [REDACTED] que se encontraba sustituyendo a la Sra. [REDACTED] no dispone de la acreditación correspondiente.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 22 de noviembre de 2014.

Firmado:

[REDACTED SIGNATURE]

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado del Dispensari Veterinari del Vallès SL, para que con su firma, haga constar, a continuación, las manifestaciones que estime pertinentes.