ENTRADA 50199/2008-D.G. Industria 08/09/2008 13:31:58 - Economía, Empresa e Innovación

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [redacted], funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día siete de febrero de 2008 en la Clínica Bucodental Jumilla de la que es titular D. [redacted], de NIF. [redacted] sita en [redacted], Jumilla (C.P.-30520).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico dental, y cuya última inscripción fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con fecha 04/01/2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [redacted] Director de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de tres equipos dentales, dos de ellos intraorales y otro panorámico. Cada equipo se encuentra en una sala, y cada una de ellas esta señalizada con trébol, y la del equipo panorámico tenía las paredes y puerta plomadas. _____

- Los equipos verificados son:

  - Un intraoral [redacted] n/s no legible

  - Un panorámico [redacted], n/s 9869 401 00202 06700552. _____

- Eran visibles carteles de señalización reglamentaria.

COPIA

-Disponían de dos delantales plomados. _____

- Los tres equipos se actuaban desde el exterior de las salas respectivas; el equipo [redacted] se actuaba desde un pulsador fijo en pared, y los [redacted] y mediante pulsador con cable extensible. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Se realizaron disparos sobre un fantoma de agua desde el equipo intraoral verificado, y con el ortopantomógrafo se realizó el disparo en vacío, en cualquiera de los casos no se desprende que se superaran los niveles de radiación reglamentariamente aceptados. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- El Director dispone de Acreditación para Dirigir y Operar la instalación. _____

- Se dispone de la vigilancia dosimétrica de una persona trabajadora expuesta mediante dosimetría personal, siendo los valores inferiores a los umbrales reglamentariamente aceptados. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN -

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- El último control de calidad se efectuó el 4/10/2007. En el informe del mismo no se reseñan anomalías. _____

- Se comprueba la emisión del informe anual correspondiente al año 2006. ____

DESVIACIONES

- No dispone de carteles de aviso a embarazadas.
- El Diario de Operaciones no estaba actualizado, y no responde a los requisitos mínimos aceptables.

- Según manifiesta el director de la instalación, la persona recepcionista de la instalación opera eventualmente el equipo de Rx sin estar acreditada para ello. No disponiendo de dosímetro personal.
-

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 13 de febrero de 2008.

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **Clínica Bucodental Jumilla (Jumilla)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

1-9-08

En Jumilla a 1 de Septiembre 2008
En cuanto a las observaciones:
- Ya se dispone de cartel de aviso a embarazadas
- Se dispone de diario de operaciones con requisitos técnicos