



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 19 de julio de 2017 en **ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.**, sita en [REDACTED] Lena.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos con rayos X, cuya autorización vigente (PM) fue concedida por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, con fecha 11 de julio de 2016.

La Inspección fue recibida por don [REDACTED] Director de Operaciones, y don [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

Disponen de un laminador que alberga dos equipos de rayos X; está rodeado de verja metálica provista de enclavamientos de seguridad; señalización de zonas y con elementos de extinción de fuego. Se encuentra instalado un dosímetro en cada una de las dos consolas de operación.-----

Los equipos son de la marca [REDACTED] modelo [REDACTED], con números de serie 514252 y 524907, ubicados en las posiciones A628862 (Lado Mieres) y A627776 (Lado Pola).-----

Disponen de un monitor de radiación marca [REDACTED], modelo [REDACTED], número de serie 40379, calibrado en [REDACTED] en el año 2016.-----






Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de operación de la instalación (83/16); registros dosimétricos correspondientes a los pupitres de control realizados por [REDACTED] siendo los últimos los correspondientes al mes de junio de 2017, no presentando valores significativos; una licencia de Supervisor.-----

Consta presentación de informe anual correspondiente a 2016.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 21 de julio de 2017.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

VILLALLANA a 3 de Agosto de 2017



Fdo.

