

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de julio de dos mil catorce, en **OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, SA (OFITECO, SA)**, sita en la [REDACTED], Peligros (Granada)


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización de modificación (MO-5) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 16 de junio de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Para el almacenamiento de los equipos, disponen de un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y de extinción de fuego.-----
- En el momento de la inspección, de los siete equipos [REDACTED] disponibles, uno se encontraban prestando servicio fuera de la instalación, de ref. - 8911(Zamora), y los seis restantes se encontraban en la instalación de ref. , - 8444, -8587, -8979, 8586, -5507, -8912.-----
- Los niveles de radiación medidos en el recinto de almacenamiento, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----



- Disponen de seis equipos para la detección y medida de la radiación, dos [redacted] n.ºs. 28279, 40750; uno [redacted] n.º.022592, calibrados en el [redacted] (2008), y tres n.ºs. 68813, 68812, 66098 y 28278, calibrados en origen, según procedimiento del fabricante, [redacted].-----
- Disponen de Diario de Operación general de la instalación, de ref.302.1.91, y los correspondientes a los equipos, de ref: 343.4.00 (-5507), 252/06 (-8586), 251/06 (-8444), 239.4.93 (-8979), 222/08(-8912) 221/08 (-8911), libro-1,10.01.12 (-8587).-----
- Disponen de una Licencia de Supervisor y ocho Licencias de Operador, aplicadas a la instalación.-----
- De los registros dosimétricos exhibidos, relativos a 8 usuarios, al mes de mayo de 2014, no se deducen valores significativos, realizando la vigilancia médica en [redacted].-----
- Consta se realizan pruebas periódicas de hermeticidad y revisión de los equipos, en la instalación y por la firma [redacted].-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 18ª, relativa al envío del informe anual de la instalación.-----
- Disponen de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas [redacted]), así como de señalización del vehículo y la documentación de acompañamiento, relativa a: Carta de Porte, ficha de seguridad, certificado de formación, equivalente a Clase-7 y Póliza de cobertura.-----


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintinueve de julio de dos mil catorce.



CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "OFITECO, SA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Pelignoy 4 de Agosto de 2014

^
Fdo

