[redacted]

ACTA DE INSPECCIÓN

[redacted] funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 24 de marzo de 2009 en Siemsa, Control y Sistemas SA, en e[redacted](con coordenadas GPS [redacted] UTM), de Vilaseca de Solcina, provincia de Tarragona.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a importación, comercialización e instalación de equipos radiactivos, y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, en fecha 11.02.1994.

Que la inspección fue recibida don [redacted]z operador y por don [redacted], técnico de Prevención, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

[redacted]

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La sede social se encontraba situada en C/[redacted] de Tarragona.----------

- La instalación estaba constituida por una dependencia en la [redacted] de una nave taller, en el emplazamiento referido.----------

- El acceso a dicha dependencia disponía de medios para establecer un acceso controlado.----------

- En su interior no se encontraba almacenada ninguna fuente radiactiva encapsulada. La dependencia se utilizaba para almacenar material de trabajo de la empresa.----------

- Estaban disponibles etiquetas para señalizar la dependencia en el caso de que se almacene material radiactivo.----------

- Estaba disponible los siguientes equipos portátiles para la detección y medida de los niveles de radiación:

- Uno de la firma [redacted] modelo [redacted], n/s 2327, provisto de una sonda de la misma firma, modelo [redacted] n/s 2318, calibrado por el [redacted] en fecha 16.12.2003.----------

- Uno de la firma [redacted] modelo [redacted] n/s 136084, calibrado en origen en fecha 01.12.2008.----------

- Los equipos portátiles para la detección y medida de los niveles de radiación son verificados cada vez que se realiza un cambio de fuentes.----------

- Estaban disponibles dos equipos detectores de radiación de lectura directa de la firma [redacted] n/s 960503 y 960524, calibrados por el [redacted] en fecha 20.06.2006.----------

- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 4 personales y 4 de muñeca, para el control dosimétrico de los trabajadores profesionalmente expuestos. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros.-----

- Tienen establecido un convenio con [redacted] para la realización del control dosimétrico.----------

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de dichos trabajadores.----------

- Junto con el equipo radiactivo se suministra al cliente la siguiente documentación: certificado de aprobación de diseño del prototipo del equipo radiactivo, certificado de control de calidad del equipo radiactivo, certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada y manual de funcionamiento.----------

- Estaba disponible el registro de las ventas e instalaciones de los equipos radiactivos.----------

- Se habían enviado al Servei de Coordinació d'Activitats Radioactivas, los

cuatro informes trimestrales del año 2008.----------

- Dichos informes contienen las variaciones producidas en el registro de ventas e instalaciones de equipos radiactivos y las devoluciones de fuentes radiactivas encapsuladas fuera de uso a [redacted].----------

- Estaban disponibles: 1 licencia de supervisor y 3 licencias de operador, todas ellas.----------

- El señor [redacted] había realizado el curso de capacitación de supervisores en el campo de aplicación de Control de Procesos y Técnicas analíticas impartido por la [redacted] en febrero de 2009.----------

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación.----------

- Los transportes de las fuentes radiactivas encapsuladas los realiza las empresa [redacted] ----------

- Estaban disponibles las normas de actuación en situaciones normal de funcionamiento y en caso de emergencia.----------

- Estaban disponibles equipos de extinción contra incendios.----------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 26 de marzo de 2009.

Firmado: [redacted]

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de Siemsa, Control y Sistemas SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[redacted]

Conforme

[redacted] S.A.

ar