

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 20 de noviembre de 2017 en la instalación cuyo titular es **MARÍA JOSEFA ÁLVAREZ ALONSO**, N.I.F. [REDACTED] sita en la calle [REDACTED] de Oviedo.

La visita tuvo por objeto realizar una inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuyo último registro vigente fue concedido por la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 20 de enero de 2012 (IR-1075).

La Inspección fue recibida por su titular, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado. Disponen de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.-----

Se encuentran instalados un [REDACTED] (número de serie 450137) y un [REDACTED]-----


Disponen de un delantal y plomado, de Programa de Protección Radiológica realizado por [REDACTED] en enero de 2016 y de certificados periódicos de conformidad de la instalación, niveles de radiación y control de calidad realizados por [REDACTED] en enero de 2016 y abril de 2017.-----

DESVIACIONES

No está registrado el ortopantomógrafo, no dispone de contrato con Unidad Técnica de Protección Radiológica y no se realiza control dosimétrico.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala

la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo a 27 de noviembre de 2017.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **MARÍA JOSEFA ÁLVAREZ ALONSO**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.