

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día veintiocho de mayo de dos mil trece, en **AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA**, sita en la calle [REDACTED]) en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, destinada a control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida, por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 19 de noviembre de 2010 y cuya autorización de modificación (MO-1) fue concedida con fecha 2 de julio de 2012.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] Jefa de la Unidad de Inspecciones Ambientales y D. [REDACTED] Supervisor, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

- Dentro de un armario metálico con cerradura, situado en el laboratorio de la unidad móvil de emisiones, ubicado en la planta sótano, se encontraba la maleta de transporte con un equipo [REDACTED] de 50 kV, 0,1 mA, nº S7624. _____
- Estaba disponible la documentación del equipo. _____
- Disponen del accesorio plomado necesario para el análisis de muestras. _____





- Se encontraban activadas las seguridades del equipo, _____
- Semestralmente efectúan la verificación radiológica del equipo. _____
- Disponen de un equipo de medida de radiaciones _____
_____ nº 37909 calibrado en origen con fecha 20-4-11 siendo verificado
semestralmente. _____
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación del equipo de
medida de radiaciones. _____
- Disponen de un Diario de Operación donde figura la utilización y
verificaciones del equipo de rayos X. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. _____
- Disponen de dos dosímetros personales sin datos significativos. _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 738/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y las referidas autorizaciones, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de mayo de dos mil trece.



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.





Agencia de Medio Ambiente y Agua
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 10435

Fecha: 21-06-2013 12:29

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 - Madrid

A/A 

JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	
ENTRADA	21-06-2013
Nº	20132008.139
18 JUN. 2013	

18 de Junio de 2013

Recibida con fecha 6 de junio de 2013 el Acta de inspección CSN/AIN/03/IRA/3076/13, se remite ejemplar firmado por el titular de la instalación.




Responsable de la Unidad de Inspecciones Ambientales
Agencia de Medio Ambiente y Agua
Instalación Radiactiva IR/SE-108-10.IRA-3076

Anexos: Ejemplar firmado del Acta de inspección CSN/AIN/03/IRA/3076/13.

