

173895

CSN/AIN/15/IRA-2135/08

Hoja 1 de 3



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 13131

Fecha: 06-06-2008 13:07

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintitrés de mayo de dos mil ocho, el COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS. HOSPITAL DIVINO VALLES, sito en la [REDACTED] Burgos

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radioterapia, cuya última autorización (MO-2), fue concedida por la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica. Consejería de Economía y Empleo. Junta de Castilla y León, en fecha 16 de julio de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Jefe del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica y D^a. [REDACTED] Responsable del Servicio de Oncología Radioterápica, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que le titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalada una Unidad de cobaltoterapia, [REDACTED] con fuente radiactiva de Co-60 nº.5726 revisada por la firma [REDACTED] en fecha 16.04.08 y ref.-493, exhibiendo el certificado de actividad y hermeticidad de la fuente radiactiva.-----
- En un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba un acelerador lineal de electrones, de la firma [REDACTED] C/D, nº.3070, revisado en fecha 13.05.2008.-----
- En una sala blindada señalizada y provista de acceso controlado, se encontraba instalado un CT-Simulador de tratamientos, de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], con tubo de rayos X nº 60471-GR, según la documentación exhibida, revisado por el Servicio de FM y PR.-----
- Disponen de dos fuentes de verificación de Sr-90 nºs. EC-793 y OA-785.-----
- Consta de que el personal de operación y radiofísica, realiza comprobaciones de seguridad, verificaciones geométricas y dosimétricas.-----
- Los niveles de radiación medidos en el recinto blindado, que alberga a la Unidad de Cobalto, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Fue exhibida la documentación siguiente: Registros dosimétricos relativos a 24 usuarios, al mes de marzo de 2008, sin valores significativos; disponiendo de dos licencias de Supervisor y de una licencias de Operador en vigor; Diarios de Operación de ref. 183/05 (UC), 176.05 (S) y 30/06 (ACL).-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la especificación 17, relativa al informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintisiete de mayo de dos mil ocho.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del HOSPITAL DIVINO VALLES, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

