

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

FADIFISICA Y PR	
C. Puerta de Hierro H.U.	
SALIDA	
fecha	nº
02/02/09	9/09

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/33/IRA/0055/2008

Hoja 1 de 3

1772 to

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticuatro de noviembre de dos mil ocho en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, sito en [REDACTED] Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas destinadas a Radioterapia, en tanto se retiraba una fuente de cobalto con vistas a la clausura de la instalación que está ubicada en el emplazamiento referido y cuyas última autorización de modificación fueron concedidas por la Dirección General de la Energía ó la Consejería de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha 04-02-2002,

Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] Jefe del Servicio de Protección Radiológica, quiénes aceptaron la finalidad de la Inspección, en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL**ENTRADA 1944**

Fecha: 05-02-2009 12:41

- La Inspección cursó visita a las instalaciones de Radioterapia del Hospital. A fecha de Inspección El acceso a las Instalaciones del Hospital estaba controlado y los Servicios trasladados al nuevo emplazamiento del Hospital Puerta de Hierro se encontraban [REDACTED], controladas [REDACTED] por el Servicio de Seguridad del Hospital y por el Servicio de Radiofísica del Hospital---
- La Instalaciones Radiactivas permanecían señalizadas, [REDACTED] y disponían de medios para realizar el acceso controlado a las mismas-----
- En el Servicio de Radioterapia los aceleradores continúan desenergizados a fecha de Inspección, -----
- A fecha de Inspección estaban siendo acondicionados por [REDACTED] para retirada el [REDACTED] que se hallaba en El almacén de fuentes-----
- El cobalto se encontraba en el momento de la Inspección, con todos los elementos, herramientas y contenedores necesarios para poder efectuar con seguridad la retirada de la fuente por la empresa [REDACTED]-----
- Estando presente la Jefe del Servicio de Protección Radiológica Doña [REDACTED] se exhiben ante la Inspección la documentación pertinente y preceptiva de los elementos retirados, a saber:-----
 - *Certificado del Remitente para el transporte de materiales radiactivos*
 - *Instrucciones al conductor UN2909*
 - *Esquema ubicación componentes retirados*
 - *Disposal certificate*
 - *Certificado de retirada de residuos*
 - *Certificate for [REDACTED]*
 - *Certificate fo [REDACTED]*
 - *Certificat d'homologation pour forme spéciale*
 - [REDACTED]



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de diciembre de dos mil ocho

Fdo. :

INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

- 1) De acuerdo con todo el contenido.
- 2) La fuente de Co⁶⁰ del [REDACTED] fue retirada del hospital el mismo día 24 de noviembre de 2008.
- 3) Todos los demás componentes del equipo Th780, tras verificar que no presentaban contaminación, se retiraron el 25 de noviembre de 2008.

Fdo. [REDACTED]


Jefe de Protección Radiológica

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/33/IRA/0055/2008 de fecha quince de diciembre de dos mil ocho, el Inspector que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Comentario 1º : Se acepta el comentario

Madrid, 3 de marzo de 2009

Fdo.: 
INSPECTOR