

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear para realizar inspecciones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintitrés de octubre de dos mil ocho en la clínica dental sita en la [REDACTED] de Oviedo (Asturias), cuyo titular es el Dr. don [REDACTED], N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] que aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en abril de 2002 (IR-158).

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La instalación, señalizada y provista de acceso controlado, coincide sensiblemente con la que aparece en la documentación del registro realizado en 2002. Se encuentra instalado un equipo [REDACTED] número de serie CZ916013 con tubo [REDACTED] número de serie 290442 y un equipo [REDACTED] número de serie 9380296.-----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad del equipo de rayos X por la empresa [REDACTED] el 11 de septiembre de 2007 y el 25 de septiembre de 2008.-----




Dispone de diario de operación en el que se anotan los disparos mensuales de cada sala, y de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X.-----

Se realiza control dosimétrico de tres usuarios (dos por [REDACTED] y uno por [REDACTED] siendo la última lectura de agosto sin valores significativos.-----

Se dispone de dos delantales plomados.-----

No consta presentación de informe anual correspondiente a 2007 y ni disponer de programa de garantía de calidad.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, y el Real Decreto 1891/1991 sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a [REDACTED] de noviembre de dos mil ocho.




TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999 se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Se adjunta:

- Informe anual de 2007 (fotocopia)
- Justificante de presentación, en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, del documento de calidad de los servicios de Odontología y Estomatología

Oviedo
7-11-08



Fdo: [REDACTED]