

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED]. Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día quince de marzo de dos mil doce, en IBERHIPAC, SA, sita en la [REDACTED]. Saucedilla (Cáceres)


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización de Construcción y Puesta en Marcha, fue concedida por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas. Consejería de Economía, Industria y Comercio. Junta de Extremadura, en fecha 15 de junio de 2000.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED]. Jefe de Producción y Supervisor de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- En la nave de fabricación se encontraba en funcionamiento, un equipo de la firma [REDACTED] que albergaba una fuente de Kr-85, de 14,8 GBq de actividad en origen, nºs 6843BX, revisado periódicamente desde el punto de vista de la protección radiológica, por el Supervisor.-----
- El otro equipo que disponían, había si enviado a Rumanía, encontrándose su fuente de ref. 6849BX, el interior de su contenedor de transporte, señalizado, en el despacho del responsable de mantenimiento, en espera de su envío a Rumanía.-----



- Los niveles ambientales de radiación medidos en el equipo en funcionamiento y en el despacho, se encontraban dentro de los límites autorizados.-----
- Disponen de un equipo para la detección y medida de la radiación, 
 calibrado en el  en fecha 2008.-----
- **Fue exhibida la documentación, siguiente:**
- Diario de Operación de ref. 235/07, conteniendo anotaciones, sobre vigilancia radiológica.-----
- Licencia de Supervisor.-----
- Registros dosimétricos personales (1) y de área (2), al mes de diciembre de 2011, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica en -----
- Informe anual de la instalación, correspondiente al año 2010.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980(reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999(modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de marzo de dos mil doce.



 **TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "IBERHIPAC, SA." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

AGUSAMOS RECIBO DEL
ACTA MANIFESTANDO NUESTRA
CONFORMIDAD.

Remitimos copia, les rogamos omitan la
información reservada para IBERHIPAC, la cual no
debe ser publicada.

Saucedilla 2 de Abril de 2012.


Fdo: 

Supervisor IIR.