

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] y D<sup>a</sup>. [REDACTED], Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICAN:** Que se personaron el día veintitrés de octubre de dos mil doce en **RETIRO ALCALÁ S.L. (Sanatorio El Vallés)** sita en la [REDACTED] en Alcalá de Henares (Madrid).

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la notificación para la puesta en marcha de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya autorización fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha 31 de mayo de 2012.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] y D. [REDACTED], Administradores de Retiro Alcalá S.L., y por la Dra. D<sup>a</sup>. [REDACTED], Supervisora, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Las dependencias que constituyen la instalación radiactiva se encuentran situadas en la planta baja, se encuentran señalizadas y disponen de medios para establecer un acceso controlado. \_\_\_\_\_
- La instalación consta de las siguientes dependencias: almacén de material radiactivo (gammateca), sala de administración de dosis y de espera de pacientes inyectados, aseo de pacientes inyectados, sala de exploración y dependencia para el almacenamiento de residuos radiactivos. \_\_\_\_\_



- Los suelos paredes y superficies de trabajo se encontraban debidamente acondicionados. \_\_\_\_\_
- Disponen de Diario de Operación. \_\_\_\_\_
- Se tiene previsto utilizar monodosis, suministradas por [REDACTED]. \_\_\_\_
- Disponen de un activímetro [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- Disponen de protector de jeringas y recipientes plomados. \_\_\_\_\_
- Disponen de una pantalla de protección plomada. \_\_\_\_\_
- Según se manifestó, se adjuntará al trámite del acta un procedimiento aclaratorio sobre la gestión de los residuos radiactivos generados en la instalación. \_\_\_\_\_
- No disponen de fuentes encapsuladas. \_\_\_\_\_
- Disponen de un equipo de medida de las radiaciones [REDACTED], [REDACTED], nº 272, provisto de sonda gamma, teniendo prevista su instalación en la gammateca y otro equipo portátil de medida de las radiaciones [REDACTED] nº 493, provisto de sonda beta-gamma. \_\_\_\_
- Según se manifestó se tiene previsto efectuar la calibración de ambos equipos. \_\_\_\_\_
- Disponen de una gammacámara [REDACTED] situada en una dependencia que colinda con la calle a través de unas ventanas acristaladas. \_\_\_\_\_
- Se tiene previsto efectuar dosimetría de área en las ventanas descritas.
- No consta se haya contratado la dosimetría personal y de área. \_\_\_\_\_
- Han solicitado la aplicación de una Licencia de Supervisor para D<sup>a</sup>. [REDACTED] Según se manifestó se tiene previsto solicitar una Licencia de Operador. \_\_\_\_\_



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,

por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de octubre de dos mil doce.



---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **RETIRO ALCALA S.L.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.