

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiocho de julio de 2016 en la planta de LEXAN 2 de SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA, sita en [REDACTED] La Aljorra, Cartagena, Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de proceso cuya última autorización de modificación (MO-2), por cambio de titularidad, fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de Murcia con fecha 17 de junio de 2008.

Que la Inspección fue recibida y atendida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, D. [REDACTED] supervisor y D^a. [REDACTED] supervisora. De estos tres supervisores los dos citados en último lugar manifiestan que todavía no ejercen como tales. Todos ellos aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica. También colaboró con la inspección D. [REDACTED], operador.

Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- No ha habido modificaciones en la instalación en relación a la anterior visita, encontrándose instaladas en la planta diecisiete fuentes radiactivas, señalizadas y de acuerdo con la autorización en vigor.

ENTRADA 201600594980 03/11/2016 10:52:00
Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
INSPECCION
Energía (39202/2016)

- Disponen de cuatro monitores de radiación, que se comparten por las tres instalaciones del titular. Dos [REDACTED] con números de serie 136039 y 136040, ambos calibrados por el [REDACTED] en noviembre de 2013 y encontrándose, según el representante, almacenados sin usarse, uno también [REDACTED] con número de serie 136069, con calibraciones por el [REDACTED] en noviembre de 2013 y mayo de 2016 y por último otro de marca y modelo [REDACTED] n° de serie 1080, con certificado de calibración de noviembre de 2013, y noviembre de 2015, emitidos por el [REDACTED]

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Se realizaron mediciones de niveles de radiación en zonas de las instalaciones IRA/2313 e IRA/2878.

TRES. PERSONAL

La instalación dispone de cuatro Licencias de Supervisor, y ocho de Operador vigentes.

El personal citado es común con las instalaciones IRA/2543 e IRA/2878.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Fue exhibida la documentación, siguiente: Diario de Operación de ref. 158/04; en el que se anotan las incidencias de la instalación, el resultado de la vigilancia radiológica ambiental realizada mensualmente y las pruebas de hermeticidad, no existiendo indicaciones reseñables en cuanto a la seguridad radiológica.

- Se verifica la remisión al CSN y a la DGIEM de la Región de Murcia del Informe anual correspondiente al año 2015, con fecha 26 y 30 de marzo de 2016 respectivamente. En el informe se recogen las pruebas de hermeticidad realizadas a las fuentes radiactivas en enero de 2016.
- Consta, como se ha indicado en el párrafo anterior, que se han realizado las últimas pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas de la instalación, según certificados de 15 de enero de 2016 emitidos por la UTPR: [REDACTED].



- Del control de la dosimetría de área que se realiza en los 11 puntos establecidos y cuyas lecturas efectúa [REDACTED] se comprueban todas las lecturas de 2015 y hasta mayo de 2016, no registrándose ninguna dosis significativa, aunque se observan algunos valores más altos que otros (por ejemplo 0,090 mSv en el mes), debido a operaciones de radiografiado cuando se realizan mantenimientos.
- Igualmente se comprueban los registros dosimétricos referidos al personal trabajador expuesto durante el año 2015 y hasta mayo de 2016, realizado por [REDACTED], también sin valores significativos, con fondo radiactivo natural.
- Se justifica la realización de curso bienal de formación impartido a los operadores que lo tenían pendiente, en septiembre de 2014.
- Realización de la última vigilancia médica al personal trabajador expuesto ha sido realizada por la [REDACTED], dentro de los últimos 12 meses, si bien todos los trabajadores profesionalmente expuestos están clasificados como tipo B. Los exámenes médicos se realizaron tres en septiembre, uno en octubre y dos en noviembre de 2015, así como tres en mayo de 2016.

El titular manifiesta que dado que los tres nuevos supervisores acreditados no ejercen como tales, y que no son personal trabajador expuesto a radiaciones ionizantes, no están sometidos a control dosimétrico ni a la vigilancia médica que exige el RD sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y

suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 9 de septiembre de 2016.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S. N.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la Planta Lexán 2 de **SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA**, de La Aljorra, Cartagena, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CARTAGENA, 17-OCT-2016