



ACTA DE INSPECCIÓN

, jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de enero de 2024, en HH CLINICA DENTAL, establecimiento sito en , (07200) FELANITX.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido a nombre de CLINICAS DEL DORADO, SL, NIF . Su código de registro es RXPM 2220 y fue inscrita en el Registro el 10 de enero de 2022.

La Inspección fue recibida , trabajadora de la instalación, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- El centro odontológico de CLINICAS DEL DORADO, SL, se ubica a nivel de planta baja y dispone de una sala de radiología dental no intraoral y un gabinete dental dotado con un equipo intraoral.





- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están correctamente inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					
Orto					

- Las salas que albergan los equipos están correctamente señalizadas y disponen de un delantal plomado de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- dirige la instalación y opera los equipos de rayos X. Consta que dispone de acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico.
- El trabajador mencionado está sujeto a control dosimétrico por medio de dosimetría personal. Están disponibles los informes dosimétricos mensuales que muestran que las dosis recibidas no superan los límites establecidos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un Certificado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR el día 07/11/2023 en el que se no hacen constar observaciones.
- Está disponible el informe emitido por la UTPR el día 07/11/2023, referente al control efectuado a los equipos de la instalación el día 16/10/2023, que contempla los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación y del control de calidad. Sin observaciones.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos





G CONSELLERIA
O EMPRESA, OCUPACIÓ
I I ENERGIA
B DIRECCIÓ GENERAL
/ INDÚSTRIA I POLÍGONS
INDUSTRIALS



CSN-CAIB/AIN-01/RXPM-2220/2024

Página 3 de 3

de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales.

24/01/2024

- DNI ***1788**

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLINICAS DEL DORADO, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



_____ en calidad de **ADMINISTRADOR** de CLINICAS DEL DORADO, SL, titular de la instalación de rayos X, RXPM-2220

Expreso mi **acuerdo** con el contenido del acta **CSN-CAIB AIN-01 RXPM-2220 2024**, correspondiente a la inspección realizada el día 24/01/2024

Manifiesto que: estoy de acuerdo con todo.

Felanitx, 26 de enero de 2024

Firma

CLÍNICAS DEL DORADO S.L.
C.I.F. B-123456789