


191547

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día trece de abril de dos mil diez en **DICEPA, Papelera de Enate, SL**, sita en la [REDACTED] en Enate (Huesca).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya última autorización (MO-4) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 1 de marzo de 2010.




Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de un supervisor con licencia vigente. _____
- El titular realiza el control dosimétrico del trabajador expuesto mediante dosímetros personales TL de recambio y lectura mensual. El último informe dosimétrico disponible es de febrero de 2010, sin ningún valor significativo. _____

- La instalación radiactiva dispone de un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] con un sensor de gramaje que contiene una fuente radiactiva de Kr-85 con número de serie RT-576 de 11,1 GBq de actividad nominal acordes a las especificaciones de la última modificación. Presentan certificado de actividad y de hermeticidad de la fuente. _____
- Presenta albarán de retirada por la empresa suministradora [REDACTED] e las fuentes de Kr-85 con número de serie KF-1568 y la de Fe-55 con número de serie NT-971. _____
- Muestran certificado de hermeticidad de la fuente retirada de Fe-55 realizado por A [REDACTED] a fecha 22 de septiembre de 2009. _____
- La instalación se encontraba señalizada y dispone de medios de control de accesos. _____
- Los niveles de radiación medidos en las proximidades del equipo, se encontraban dentro de los límites autorizados. _____
- Disponen de un detector de radiación portátil de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] / número de serie 41-392 calibrado por [REDACTED] en febrero de 2010. _____
- Realizan mensualmente un control de los niveles de radiación en las proximidades del equipo que anotan en el Diario de Operación. _____
- Disponen de dos dosímetros de área, ubicados en el equipo, de cuyos registros dosimétricos, correspondientes al mes de febrero de 2010, no se deducen valores significativos. _____
- Disponen de un Diario de Operación diligenciado, relleno y firmado. _____
- Consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 14, relativa al informe anual de la instalación. _____




Que con el fin de que quede consta [REDACTED] cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que reaprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de abril de dos mil diez.

CSN/AIN/13/IRA/1903/10



Hoja 3 de 3



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de **"DICEPA. Papelera de Enate, SL"**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Asunto: Remisión de Acta de Inspección

Referencia: CSN/AIN/13/IRA/1903/2010

D. [REDACTED] con N.I.F número [REDACTED] en calidad de DIRECTOR GENERAL de la empresa DICEPA PAPELERA DE ENATE, S.L. reconce haber leído y estar conforme del Acta de Inspección.

Enate, a 28 de Abril de 2010

[REDACTED]