

160869

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR	
REGISTRO GENERAL	
<b>ENTRADA</b>	<b>46</b>
Fecha: 03-01-2007	10:03

**ACTA DE INSPECCION**

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado, el día cinco de diciembre de dos mil seis en el domicilio social de **CUALICONTROL-ACI S.A.**, sita ██████████ en Madrid y en la instalación, sita ██████████ en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a pruebas de hermeticidad de fuentes encapsuladas y verificación de monitores de radiación, cuya última autorización de modificación (MO-7) fue concedida por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, con fecha 16 de febrero de 2006.

Que la Inspección fue recibida por ██████████ Director de la División de Inspección Reglamentaria y Protección Radiológica y Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


██████████ Disponen de los siguientes equipos para la realización de las pruebas de hermeticidad:

- ██████████
- ██████████

Dichos equipos se calibran, cada dos años en la UPC (diciembre -2005). \_


Disponen de los siguientes equipos para la detección y medida de las radiaciones:


- 3 ██████████, uno calibrado, enero-05 y los otros dos verificados. \_\_\_\_\_



- [REDACTED] verificado, dic-05. \_\_\_\_\_
- [REDACTED], calibrado 19-1-06. \_\_\_\_\_
- [REDACTED] calibrado en origen 2005. \_\_\_\_\_
- [REDACTED] modelo 15, con sondas y y n, verificado 12-05. \_\_\_\_\_
- Disponen de procedimiento para la calibración y verificación de los equipos de medida. \_\_\_\_\_
- Los equipos de radioprotección se calibran cada dos años en UPC y verifican anualmente, ellos mismos. \_\_\_\_\_
- En la instalación se encuentran almacenadas: una fuente de [REDACTED] [REDACTED] (25-9-86). \_\_\_\_\_
- Ha dichas fuentes las efectúan pruebas de hermeticidad cada seis meses.
- Se encuentra instalado un equipo para la detección y medida de la radiación ambiental, [REDACTED], calibrado 12-05. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible el Diario de Operación en el que operación donde figuran datos dosimétricos e incidencias. \_\_\_\_\_
- Disponen de registros de las pruebas de hermeticidad y de la verificación de monitores y copia de los certificados emitidos. \_\_\_\_\_
- Disponen de cuatro Licencias de Supervisor (tres en renovación) y dos de Operador (una en renovación). \_\_\_\_\_
- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- La vigilancia médica se realiza en [REDACTED]. \_\_\_\_\_
- El personal está clasificado en la categoría A. \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN el informe anual. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y


  
en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a once de diciembre de dos mil seis.



---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CUALICONTROL-ACI S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Conforme*



Fdo:



*27/VII/06*