



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día veintiocho de octubre de dos mil once, en la **UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA**, sita en el Campus de Arrosadía, en PAMPLONA (Navarra).-----

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada al análisis de materiales y a la posesión y uso de material radiactivo no encapsulado con fines de investigación y docencia, ubicada en la [REDACTED] y en la [REDACTED] y cuya última autorización de modificación (MO-3), fue concedida por la Dirección General de Empresa del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 18 de junio de 2008.-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director del Instituto de Agrobiotecnología y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.-----

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:



1.- INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA

- La instalación radiactiva consistía en tres dependencias contiguas, una destinada al almacenamiento de los residuos radiactivos y la otras dos al almacenamiento y manipulación del material radiactivo.-----

- En una de las dependencias anteriormente citadas se encontraba instalada una vitrina de gases con filtro, de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] [REDACTED] dotada de un bidón para la recogida de los residuos radiactivos líquidos.



- Tanto suelos, paredes y superficies de trabajo de la instalación se encontraban debidamente acondicionados.-----

- En el momento de la inspección se encontraban almacenados en un frigorífico señalizado, dotado de candado en puerta y ubicado en una de las dependencias antes citadas, material radiactivo marcado con C-14, H-3 y P-32, dentro de los límites autorizados.-----

- Estaban disponibles pantallas y contenedores de metacrilato, plomados y sin plomar, para la protección del personal que manipula el material radiactivo, así como medios para descontaminación (Decon-90).-----

- Estaban disponibles cuatro bidones destinados al almacenamiento de los residuos radiactivos líquidos, dos de ellos acondicionados para los emisores gamma y los otros dos para los emisores beta, y dos contenedores tipo "lechera" para los emisores beta débil.-----

- Los residuos radiactivos de Fósforo-32, Azufre-35 y Cromo-51 producidos en la instalación son eliminados, previo decaimiento, de manera convencional. Que los residuos radiactivos de Tritio y Carbono-14 producidos en la instalación son almacenados en espera de su posterior evacuación. Que en el momento de la inspección se encontraban almacenados, en la dependencia destinada a tal fin, diversos recipientes con residuos líquidos y sólidos de dichos isótopos. Que, además, en dicha dependencia se encontraban almacenados dos viales conteniendo aproximadamente un total de 40 gramos de Acetato de Uranilo.-----






- Estaban disponibles, dos Licencias de Supervisor y cuatro de Operador y dos Licencias de Operador en trámite.-----

- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores expuestos (17 personas en el momento de la inspección), todos ellos categorizados como "B", por medio de dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por la firma [REDACTED], de Valencia, archivándose los historiales dosimétricos.-----

2.- EDIFICIO "LOS ACEBOS"

- En el "Laboratorio de Preparación de Materiales y Rayos X" del Departamento de Física, ubicado en la primera planta del Edificio, se encontraba instalado un equipo de espectrometría de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] de 60 kV y 80 mA, de tensión e intensidad máximas, con tubo de rayos X de ref. SH3780R5 nº 971343, ubicado en el interior de una cabina blindada de ref. 94-0737.-----



3.- GENERAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----

- Estaban disponibles dos equipos portátiles para la detección y medida de las radiaciones de la firma [REDACTED], uno modelo [REDACTED] nº de serie 48425 (RX), y otro modelo [REDACTED] con nº de serie 49486(Laboratorio), calibrados ambos por la [REDACTED] E, en fecha 2009. Que la instalación disponía de un procedimiento específico para la calibración y verificación de dichos equipos.-----

- Estaban disponibles, cuatro Licencias de Supervisor y cuatro de Operador y dos Licencias de Operador en trámite.-----

- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores expuestos (17 personas en el momento de la inspección), todos ellos categorizados como "B", por medio de dosímetros personales de termoluminiscencia, así como uno de área ubicado en la cabina de rayos X, procesados por la firma [REDACTED] de Valencia, archivándose los historiales dosimétricos.-----

- De los niveles de radiación medidos en la instalación, no se deduce puedan superarse, en condiciones normales de trabajo, los límites de dosis establecidos, referidos a P-32.-----

- Disponen de un acuerdo con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) para la retirada de los residuos radiactivos.-----


- Estaba disponible la documentación justificativa de que el personal de la instalación ha recibido y conoce el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia, exhibiendo los registros correspondientes.-----

- Estaban disponibles dos Diarios de Operación de la instalación, uno el correspondiente al laboratorio de ref. 351.2.95 y otro a RX de ref.002/Na-01.-----

- Exhiben el informe Anual de la instalación, correspondiente al año 2010.-----

- Estaban disponibles extintores de incendios.-----

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 (modificado por el Real Decreto 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y las referidas autorizaciones, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear, a cuatro de noviembre de dos [REDACTED]



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la **UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA**, para que con su firma, identificación, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.-

Participa a [redacted] de 2011

[redacted signature]

Fdo.

[redacted name]