

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación	CLÍNICA DENTAL ART		
Titular			
Dirección	CALVIÀ		
Código	RXPM-2071	NIF	
Actividad	Dental	Tipo	III
Fecha inscripción	02/07/2015	Última anotación	02/07/2015
Fecha inspección	12/09/2019	Finalidad	Control

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día doce de setiembre de 2019 en la CLÍNICA DENTAL YUEN YEE ART, sita en CALVIÀ.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-2071, a nombre de , inscrita en el Registro el 7 de julio de 2015.

La Inspección fue recibida por odontóloga y directora de la instalación, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

La titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone del siguiente equipo de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					

- Dicho equipo está correctamente inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas.
- El gabinete en que se encuentran el equipo está correctamente señalizado y disponen de prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- odontóloga, dirige a instalación y dispone de la acreditación correspondiente.

El equipo de la instalación es operado únicamente por YUEN YEE CHAN CHU, quien está sometida a vigilancia dosimétrica personal.

Están disponibles los informes dosimétricos mensuales sin valores significativos.

RES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTPR el 29/08/18.
- Está disponible un informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la verificación de dosis a pacientes y la realización del control de calidad de los equipos expedido por la UTPR el 29/08/18.

- Consta la realización de la vigilancia de niveles y el control de calidad del equipo por parte de la UTPR Infocitec el 28/08/19, sin que se disponga del correspondiente certificado.
- Está disponible el Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscr
Genera iplicado, en Palma en la sede de la Dirección le setiembre de 2019.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a o a un representante autorizado para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Galvina, a 15 de Octubre de 2019