

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dos de diciembre de dos mil diez en la Clínica Dental de D^a [REDACTED], cuyo titular es la misma, de [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] en Ceuta (C.P.-51002).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que no se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación dispone de 2 equipos dentales, uno de ellos intraoral, de la marca [REDACTED] y el otro, dental panorámico, de la marca [REDACTED].
- La sala donde está el equipo panorámico se encuentra plomada en sus paredes laterales y puerta. Disponían de delantal plomado. _____
- Disponían de la señalización de trébol reglamentaria aunque aún no había sido colocada, al igual que el cartel de aviso a embarazadas. ____



Ceuta 11 de Febrero 2011

[REDACTED]

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR



DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos, en la sala del equipo panorámico, en la posición del operador, ubicada en el exterior de la sala, se medía una tasa de dosis máxima de 2'7 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- D^a _____ disponía de Acreditación del CSN para Dirigir. _____
- Se disponía de 1 dosímetros TL personal, a nombre de la titular, que aún no ha sido leído por primera vez ya que, según manifiestan, llevan trabajando desde el mes de septiembre pasado. _____
- Según manifestó la titular, no hay otro personal expuesto a radiaciones aparte de ella misma. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Estaba disponible un certificado de la _____ firmado en fecha 6 de octubre de 2010, manifestando que la instalación "tiene contratado el servicio de Revisión Anual y Protección Radiológica con nuestra empresa, considerando que se cumple con lo establecido en la normativa vigente aplicable". _____

DESVIACIONES

- La instalación no ha sido declarada al Registro oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, incumplándose por ello el artículo 12 del Real Decreto 1085/2009 o Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____
- Aunque estaba disponible el certificado arriba citado, no estaba disponible un ejemplar del contrato escrito con _____ al que se hace referencia. Se incumple así el artículo 24 del mismo Real Decreto. _____




Ceuta, 11 de Febrero 2011



CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de febrero de dos mil once.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 35/2008 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINICA DENTAL DE D^a. [REDACTED] (Ceuta) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Ceuta, 11 de Febrero de 2011.

[REDACTED]