

ACTA DE INSPECCIÓN

, inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 3 de junio de 2022 en las instalaciones del **CENTRO DE IMPLANTES PROSTÁTICOS (CIMPRO), S.L.**, sitas en el Centro Médico de Asturias, de Oviedo.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuya autorización vigente (MO-1) fue concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias, con fecha 8 de mayo de 2002.

La Inspección fue recibida por , Jefe de Protección Radiológica, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

Las dependencias se encuentran en un cuarto en la planta primera en la zona de quirófanos, debidamente señalizadas y disponen de medios para establecer control de accesos. Cuenta con una caja fuerte donde se almacena tanto el material recibido como los residuos generados en la instalación. No se han evacuado residuos desde el inicio del funcionamiento de la instalación (año 2000).-

Se mantiene el proveedor de semillas de () y el sistema de implante que utiliza un depósito de almacenamiento en el que vienen alojadas las semillas que son implantadas sin necesidad de manipulación. Las semillas sobrantes quedan alojadas en el depósito que, posteriormente, es retirado por el suministrador.

Disponen de un monitor de radiación de la firma , modelo , número de serie , calibrado en en octubre de 2019.

Disponen de una licencia de Supervisor en vigor. Se realiza control dosimétrico con dosímetro de solapa y de muñeca en . La última lectura disponible es de abril de 2021 sin valores significativos.

Disponen de Diario de Operación de referencia 319.04.00, donde se anotan los datos de paciente, actividad, número de semillas implantadas y el rastreo del paciente (tasa de dosis en perineo/contacto/pubis). No constan incidencias.



Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2021.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta, en Oviedo.

Firmado digitalmente por

Fecha: 2022.06.06 08:31:16 +02'00'



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CENTRO DE IMPLANTES PROSTÁTICOS (CIMPRO), S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.


Date: 2022.06.15
10:24:26 +02'00'



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº de verificación: 14610754677065473254



Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Datos del registro

Libro: Libro general de entradas

Unidad registral: INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº de registro: ENT20220507464
Fecha y hora de registro: 15/06/2022 12:39
Identificador SIR: O00000318_22_46737373
Interesado:
Dirección General de Industria
CIMPRO SIMPRO SL

DNI/CIF:

Representante:

DNI/CIF:

Asunto: Respuesta al acta de inspección IRA-2462 (años 2022) Leida el acta , no se realizan alegaciones Sea registrada esta respuesta al acta de inspección

Documentación presentada en el registro:

Puede consultar cada uno de los documentos aportados en: www.asturias.es

Nombre	Descripción	CSV	Validez
XMLResumenSolicitudEN	XMLResumenSolicitudENI	14162425765633573407	Original
Acta_20220606_103505_1	Acta_20220606_103505_14157511757	14162426475527023233	
JustificanteFirmado_REGA	JustificanteFirmado_REGAGE22e0002	14162427220770371303	Original

Oficina remitente:

O00000318 - Registro Electrónico General de la AGE

Unidad de tramitación remitente:

Oficina destinataria:

O00005852 - Registro de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Unidad de tramitación destinataria:

A03028311 - Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica