



CSN/AIN/18/IRA/1951/12

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D/D^a [REDACTED] Inspector/a del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día quince de noviembre de dos mil doce en el "laboratorio de endocrinología del HOSPITAL CARLOS III", sito en c/ [REDACTED], en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación médica y cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con fecha 3 de junio de 1993.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED]; Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- No ha habido modificaciones en las dependencias de la instalación ni incidentes desde la última inspección. _____
- Las dependencias se encuentran reglamentariamente señalizadas. La puerta de acceso al laboratorio donde se almacena el material radiactivo dispone de cierre con llave. _____
- El día de la inspección tenían almacenado en la nevera de la instalación el material que correspondía a restos de viales con C-14 y H-3, con actividades que no superaban a las autorizadas. _____

- Durante el año 2010 y 2011 no han adquirido nuevo material radiactivo ni han realizado ningún experimento. _____
 - Los residuos generados se encontraban almacenados en el laboratorio dentro de un recipiente de metacrilato y en bolsas. _____
 - No estaba disponible el programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación. _____
 - Disponen de un detector de radiación de la marca _____ calibrado en el _____ el 13-03-08. _____
 - Disponen de una licencia de supervisor y dos de operador en vigor. Está pendiente solicitar la aplicación de la licencia de supervisor a la instalación. _____
 - Disponen de cinco dosímetros personales procesados por el _____ con último registro septiembre de 2012, y con valores de dosis profunda acumulada de fondo. _____
 - Estaba disponible el Diario de Operación de la instalación firmado y con última anotación del 27-01-11. _____
- No se ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual de la instalación correspondiente al año 2011. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la

presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de noviembre de dos mil doce.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "laboratorio de endocrinología del HOSPITAL CARLOS III," en Madrid, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Tanto el programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de radiación como el Informe anual correspondiente a 2011 serán enviados en los próximos días al CSN.

En Madrid a 23-11-2012



Fdo:

