

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

[REDACTED] funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha presentado el 16 de febrero de 2012 en la nave situada en calle [REDACTED] de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar la retirada de fuentes de la instalación radiactiva de Polextrupac SAL, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales, y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Economia i Finances en fecha 9.08.2007.

Que la Inspección fue recibida por don [REDACTED] depositario de los bienes embargados de Polextrupac SAL, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que se advierte al depositario de los equipos radiactivos que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal de la instalación, resulta que:

- El Juzgado Social nº 5 de Barcelona, nombró a [REDACTED] O [REDACTED] L CIF [REDACTED] domiciliada en Barcelona, paseo de la [REDACTED] 6 administradora y depositaria de los bienes de Polextrupac SL. -----

- El 16.11.2011 el Juzgado Social nº 5 de Barcelona acordó el cambio de depositario a favor de [REDACTED] autorizando el traslado de bienes a calle [REDACTED] (Valles Oriental – Barcelona). -----

- En un armario en planta baja, frente al antiguo laboratorio, se encontraban almacenados dos cabezales de la firma [REDACTED] provistos de sendas fuentes radiactivas encapsuladas de Kr-85 de 14,8 GBq de actividad en cuyas placas de identificación se leía:

- Kr; Radioactive, S. N. 992, C 91185; [REDACTED] -----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

• Isotopo: Kr-85, Serial N 697, Activity 400 mCi, 14,8 MBq, Mod. [REDACTED], Date 07/97, [REDACTED] -----

- La instalación disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----

- Los equipos se colocaron dentro de sendas cajas de transporte que se etiquetaron como "UN 2911. Material radiactivo, bultos exceptuados – Instrumentos o artículos" (se adjunta carta de porte como Anexo-1). -----

- Los equipos fueron trasladados por [REDACTED] SL a la nave de fabricación de [REDACTED] del polígono ind. La Borda de Caldes de Montbuí (Vallès Oriental – Barcelona). -

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (reformada por Ley 33/2007), la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 17 de febrero de 2012.

Firmado:



[REDACTED]

[REDACTED]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita al depositario de los equipos de POLEXTRUPAC SAL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

De acuerdo con el contenido del Acta.

27-2-2012

[REDACTED]

Supervisor