

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día nueve de octubre de dos mil quince en la empresa **INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (INCOSA)**, en [REDACTED], León.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección previa a la notificación de funcionamiento de una instalación radiactiva destinada a la medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 1 de julio de 2015.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], Supervisora, quien en representación del titular e informada de la finalidad de la inspección, manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que, el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

1. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La ubicación del bunker en el interior del laboratorio es en la planta baja (planta calle) del edificio, su distribución interna y paredes coinciden con los datos y planos presentados en la documentación de solicitud de autorización. _
- Las dependencias principales de la instalación se encuentran señalizadas frente a riesgo a radiaciones ionizantes con señalización reglamentaria. _____

- Disponen de control acceso mediante llave en la puerta de entrada al almacén.
- El día de la inspección había cuatro equipos [redacted] con n/s 10100046, 0049470, 370108586 y 81204708. _____

2. NIVELES DE RADIACIÓN

- Durante la inspección se realizaron las siguientes mediciones de niveles de radiación:
 - En la puerta del bunker con los equipos colocados en el interior del almacén, 0,3 $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - En la pared del bunker en el exterior de edificio 0,3 $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - En la paredes laterales internas del edificio 0,3 $\mu\text{Sv/h}$. _____
 - En el interior del almacén 2,8 $\mu\text{Sv/h}$ a 1,5 metros de los equipos y tras muro de protección. _____

3. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La empresa está con un ERE temporal. _____
- Disponen de una licencia de supervisor en vigor en el campo de Medida de Densidad y Humedad de Suelos (D^a. [redacted]). _____
- Disponen de nueve licencias de operador en vigor. _____
- La licencia de operador de D. [redacted] está en trámite de concesión. _____
- Estaban disponibles los registros sobre la entrega del Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia a todos los operadores. _____
- Han comunicado las bajas de los operadores D. [redacted] y D. [redacted]. _____
- Realizan revisiones médicas anuales para el personal con licencia. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de octubre de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

SUPERVISOR DE LA IRA.

ANEXO AL ACTA DE INSPECCIÓN

Adjunto al Acta de Inspección firmada y sellada (*referencia CSN/AIN/08/IRA/2725/15*), en señal de conformidad, recibida con motivo de la inspección del día 09/10/2015, realizada por el Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear D. [REDACTED]; en la instalación radiactiva de INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IRA 2725), para la apertura de una nueva delegación en León, **se presenta este Anexo, únicamente para hacer unas aclaraciones a la misma:**

- Los certificados de hermeticidad los realiza [REDACTED] en todos los casos. La IRA de INCOSA no tiene relación contractual directa ni a través de [REDACTED], con [REDACTED].
- La vigilancia radiológica se realiza semestralmente, en los dos búnker.
- [REDACTED], cuya licencia está en trámite de concesión, no será finalmente operario de la IRA de [REDACTED]. Cuando se solicitó su licencia se hizo vinculándola a la IRA de [REDACTED]. Se adjunta copia del fax que se remite al área de licencias del CSN, a fecha actual, con la correspondiente comunicación formal de este hecho.

Agradeciendo su atención y disculpando cualquier malentendido durante la visita que haya podido llevar a registrar esta información ahora aclarada.

En Boecillo, a 20 de octubre de 2015

Fdo

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AIN/08/IRA/2725/15** de fecha nueve de octubre de dos mil quince, correspondiente a la inspección realizada en **INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.**,


D^a. [REDACTED], Supervisora de la instalación, adjunta comentarios al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta que se aceptan los comentarios.

Madrid, 28 de octubre de 2015



Fdo.:



INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIATIVAS

**CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
C/ JUSTO DORADO, 11
28040 MADRID**

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 17219

Fecha: 23-10-2015 12:45

Boecillo, 20 de octubre de 2015

Muy Sres. nuestros:

Adjunto remitimos un ejemplar del Acta de Inspección y un anexo al Acta de inspección de la Instalación Radiactiva IRA 2725 ubicada en [REDACTED] León, correspondiente a la visita del Inspector [REDACTED] [REDACTED] con fecha de 09/10/2015.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o consulta al respecto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

[REDACTED]
Fdo: [REDACTED]
Supervisor de la instalación