

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de diciembre de dos mil once en la clínica sita en la calle [REDACTED] de Gijón (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.


Que la inspección fue recibida por doña [REDACTED] auxiliar, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en enero de 1997 (IR-262).-----

La instalación, de tercera categoría, dispone de acceso controlado, de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X y de un defantal plomado.-----






Se encuentra instalado un [REDACTED] (103350/400556).-----

DESVIACIONES

No se dispone de programa de protección radiológica ni constan las revisiones y mediciones reglamentarias, no consta se realice control dosimétrico, ni se encuentra adecuadamente señalizada.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a diecinueve de diciembre de dos mil once.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Alegaciones:

- A que dispuso de un programa de protección radiológica con [REDACTED] que ya no está en servicio pero a mi esto nadie me lo comunicó. Anteriormente tenía otro con [REDACTED]
- B que tengo dosímetros pero por lo visto la empresa me lo devolvió no está en servicio
- C que tengo las mediciones que en un día hizo [REDACTED] pero que por lo visto están antiguas y se deben hacer cada

menor tiempo.

A mi nadie me cominico que [redacted] Sa
no se encargaba de esto

- lo que ni tengo es señalizacion de la
zona puesto que la señal no ha
cambiado de formato todavía

Sin mas les saluda atentamente

[redacted]

22-12-2011

[redacted]

Asunto

Acta

CSN / AST / AIN / 01 / RX / 0-1173 / 11

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AST/AIN/01/RX/0-1173/11** de fecha 15 de diciembre de 2011, correspondiente a la inspección realizada en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Gijón, Asturias,


el titular de la instalación realiza comentarios.

El Inspector que la suscribe manifiesta:


-Se aceptan los comentarios.

-El comentario o alegación no modifica el contenido del acta.

Oviedo, 18 de enero de 2012

A rectangular area of the document is completely redacted with a black box, obscuring the signature of the inspector.

Fdo

A horizontal rectangular area of the document is completely redacted with a black box, obscuring the name of the inspector.