

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el veintinueve de octubre de dos mil siete, en la **CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION**, sita en la [REDACTED] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto una instalación radiactiva destinada a medicina nuclear, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de modificación (MO-6) fue concedida por la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, con fecha 7 de mayo de 2001.

Que la Inspección fue recibida por, por el Dr. [REDACTED] Jefe Asociado de Medicina Nuclear y por la Dra. D^a [REDACTED] Jefa del Servicio de Física y Protección Radiológica, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encuentra señalizada y dispone de medios para establecer un acceso controlado. _____
- [REDACTED]
- En el Diario de Operación figura el consumo de material radiactivo. _____

- [REDACTED]
- El servicio de P.R. efectúa el chequeo de los generadores y activímetro y gestiona la compra de material radiactivo, efectúa diariamente medida de niveles de radiación y contaminación, así como la verificación de los equipos de radioprotección, anualmente, disponiendo dicho servicio de equipos calibrados en el [REDACTED], efectuando así mismo el control de calidad de las gammacámaras, semanalmente _____
 - Los residuos de los tratamientos con I-131 son gestionados por el servicio de P.R. y el resto de residuos, eliminados previo decaimiento. _
 - Las dos habitaciones en la planta [REDACTED] n° [REDACTED] que utilizaban para los tratamientos con I-131, fueron cerradas, se comprobó la ausencia de contaminación y se han destinado a otros usos. _____
 - Con fecha 30-12-05, comunicaron al CSN, el cierre de las habitaciones [REDACTED] pasando a efectuarse los tratamientos con I-131 en las habitaciones [REDACTED] del servicio de radioterapia, donde anteriormente se efectuaban implantes de fuentes radiactivas. _____
 - Disponen de salas de espera para pacientes inyectados y no inyectados. _____

Disponen de dos equipos de medida de la radiación, situados en la cámara caliente y en la sala de ventilación-perfusión. _____

Disponen de las siguientes fuentes radiactivas encapsuladas: Co-57, 345 MBq, n° 5714 (27-12-06); Cs-137, 10 μ Ci, n° 6018503; I-129, 0,05 μ Ci, n° 6018504. _____

Disponen de dos Licencias de Supervisor y tres de Operador. _____

- El personal está clasificado en la categoría A. _____
- Disponen de dosímetros personales y de muñeca, sin datos relevantes.
- Han efectuado un curso de formación en 2006. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en el [REDACTED] _____
- Han remitido al CSN el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de octubre de dos mil siete.

=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Donde dice "Jefa del Servicio de Física y Protección Radiológica", debe decir "Jefa del Servicio de Protección Radiológica".

Madrid a 23 de noviembre de 2007