

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Funcionario de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis en **DEUTCH BRITISCHE KLINIK**, cuyo titular es ROWEN, S.C.P. (CIF: [REDACTED]), y que se encuentra situada en la [REDACTED] del término municipal de Teguiise (35509), Isla de Lanzarote.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, sin previo aviso, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico (tipo 2), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 30/06/2014 (relativa a cambio de titularidad).

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección resulta:

UNO. INSTALACIÓN:

- La Clínica, en el momento de la Inspección, se encontraba cerrada. _____
- En el exterior de la dependencia había un cartel indicativo del horario de apertura de la clínica (9:00-20:00 horas de lunes a viernes y de 9:00-19:00 horas los sábados) y de un teléfono de contacto (928592125) para emergencias. La Inspección realizó una llamada telefónica al número referenciado sin que hubiese contestación alguna. _____
- La Inspección se dirigió a otra clínica que se encuentra justo en frente (sin equipamiento de RX) donde fue informada que Deutch Britische Klinik no tiene actividad desde hace un tiempo considerable. _____
- En el exterior de la dependencia había un cartel indicativo de que la Clínica es un Centro Asociado de HOSPITEN. Al objeto de obtener alguna información adicional de la situación de la entidad Deutch Britische Klinik, la Inspección se puso en contacto telefónico con HOSPITEN obteniendo un nombre y un número de teléfono de contacto (D. [REDACTED] - [REDACTED]). _____
- La Inspección contactó telefónicamente con D. [REDACTED], quien afirmó que efectivamente la Clínica se encontraba sin actividad y que el equipo de radiología general reflejado en la inscripción registral de la instalación de fecha 30/06/2006 se encuentra en el interior de la dependencia. _____
- D. [REDACTED] indicó a la Inspección que la presente acta fuera enviada a la entidad EUROKLINIK en la [REDACTED].



_____ (a la atención de D. _____, uno de los socios de ROWEN, S.C.P., que ostenta la titularidad de Deutch Britische Klinik y que, según manifiesta D. _____, también es socio de la entidad EUROKLINIK). _____

DOS. DESVIACIONES:

- No se ha comunicado a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias el cese de la actividad al objeto de dar de baja la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico (art. 14 del RD 1085/2009, de 3 de julio) _____
- El equipo se encuentra en una instalación que no tiene uso, no habiéndose transmitido a una empresa de venta y asistencia técnica autorizada, sea para su almacenamiento y posterior disposición o para su destrucción (art. 21 del RD 1085/2009, de 3 de julio) _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las Palmas de Gran Canaria a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de "ROWEN, S.C.P." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



[Redacted]
Rowen SCP.
[Redacted]
[Redacted]
Costa de Teguisse 35509


Gobierno de Canarias
Consejería de Economía, Industria
Comercio y Conocimiento
REGISTRO GENERAL
Fecha: 20 DIC. 2016
ENTRADA
Número: 1658561
CEICC: 115917 Hora:

Dirección General de Industria y Energía
Edificio de Usos Múltiples III – 2ª Planta
C/ León y Castillo, 200
35004 – Las Palmas de Gran Canaria

Lanzarote, 13 de Diciembre de 2016

Asunto : Acta Inspección
Referencia **CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2230/16**

Muy Sres. Nuestros:

En la actualidad la clínica **DEUTCH BRITISCHE KLINIK** cuyo titular es **ROWEN S.C.P** se encuentra cerrada debido a la imposibilidad de que las Sociedades Civiles Particulares sigan operando; siendo la intención de los titulares la puesta en funcionamiento del **Centro** una vez solventadas los tramites legales.

El equipo de Rayos X se encuentra en el **Centro** arriba reseñado en perfecto estado de uso y a disposición de la Inspección para su revisión en cualquier momento que nos lo indiquen.

El equipo de **Rayos X** se encuentra bajo la tutela de los socios de la firma **ROWEN S.C.P.** Don [Redacted] y Don [Redacted] los cuales gustosamente le darán paso para la Inspección correspondiente.

Fdc [Redacted]
[Redacted]

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/2230/16, correspondiente a la inspección realizada en el DEUTCH BRITISCHE KLINIK, el día 22 de noviembre de dos mil dieciséis, el inspector que la suscribe declara,

- No se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta dado que no se ha declarado el cese de la actividad y el único equipo existente, que no tiene uso, no ha sido transmitido a una empresa de venta y asistencia técnica autorizada, sea para su almacenamiento y posterior disposición o para su destrucción.

NOTAS:

- El acta en la Hoja 1 de 2 tiene un error: En el segundo párrafo donde dice "*...Que se personó el día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis...*" debe decir "*...Que se personó el día veintidós de noviembre de dos mil dieciséis...*".
- El titular no ha devuelto un ejemplar del acta en el trámite de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre de 2016

