

13 JUN. 2012

CSN-GC/AIN/32/IRA/960/2012

Hoja 1 de 3

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED] funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 6 de junio de 2012 en Papelera del Principado SA (PAPRINSA), sita en la [REDACTED] (con coordenadas [REDACTED] y [REDACTED] de Mollerussa (El Segrià) Lleida.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales, y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya en fecha 19.11.1999.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la máquina de fabricación de papel se encontraba un equipo medidor de gramaje y humedad de la [REDACTED] tipo [REDACTED] y constituido por un cabezal del tipo 0-III, provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 con una actividad de 14,8 GBq en fecha 21.02.2000, n/s 7162 BX en cuya placa de identificación se leía: Isótopo Kr-85, actividad 14,8 GBq, n/s 7162 BX, serial Nr 90-5775, fecha 02.2000. -----

- En fecha 09.05.20011 [REDACTED] había retirado la fuente radiactiva encapsulada de Sr-90/Y-90 con una actividad de 0,37 GBq, de fecha 09.02.1990, n/s YG-86 que había estado instalada en el cabezal del tipo [REDACTED] -----

- No consta que se haya solicitado la modificación de la instalación radiactiva para dar de baja el cabezal del tipo [REDACTED] provisto de la fuente radiactiva de

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Sr-90/Y-90.-----

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----

- Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo radiactivo y el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada. -----

- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] serie n/s 2202; provisto de una sonda beta modelo [REDACTED] y n/s serie 1003, calibrado por el [REDACTED] en fecha 03.08.2006. El equipo estaba averiado.-----

- Estaba disponible el programa de calibración y verificación del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. La última verificación es de fecha 12.01.2012.-----

- La Unidad Técnica de Protección Radiológica de [REDACTED] SL realiza el control de los niveles de radiación y la revisión del equipo radiactivo desde el punto de vista de la protección radiológica, siendo las últimas de fechas 15.10.2010 y 19.10.2011. -----

- La firma [REDACTED] (Alemania) realizó en fecha 02.08.2011 la revisión del equipo radiactivo. En el certificado de la revisión figuraba que se realizaba la revisión de la fuente radiactiva. -----

- Estaba disponible 1 licencia de supervisor en vigor y 2 solicitudes de concesión de licencia de operador.-----

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----

- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 3 personales y 1 para el control del área de la zona de influencia radiológica del equipo radiactivo. -----

- Tienen establecido un convenio con [REDACTED] SA, para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. -----

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos de los trabajadores expuestos. -----

- Estaban disponibles y a la vista del personal las normas de actuación para casos de emergencia. -----

- Estaban disponibles equipos de extinción contra incendios. -----

13 JUN. 2012

CSN-GC/AIN/32/IRA/960/2012

Hoja 3 de 3

SN



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- En caso de ser necesario las fuentes radiactivas encapsuladas se almacenarían en una dependencia denominada [REDACTED] ubicada en la planta sótano en la nave de fabricación. -----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 7 de junio de 2012.

Firmado:



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado de Papelera del Principado SA (PAPRINSA), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]
CIPADO, S. A.
[REDACTED]
MOLLERUSSA (Lérida)



Diligencia

En relación con el acta de inspección CSN-GC/AIN/32/IRA/960/2012 realizada el 06/06/2012, a la instalación radiactiva Papelera del Principado SA (PAPRINSA), sita en [REDACTED] de Mollerussa, el titular de la instalación radiactiva incluye comentarios y alegaciones a su contenido.

Don/Doña [REDACTED] inspector/a acreditado/a del CSN, que la suscribe, manifiesta lo siguiente:

- Se acepta el comentario
- No se acepta el comentario
- El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 9 de julio de 2012

[REDACTED SIGNATURE]