



[Redacted]

ACTA DE INSPECCIÓN

[Redacted] funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 19 de enero de 2018 en Riera Nadeu SA, [Redacted] Granollers (Vallès Oriental), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, sin previo aviso, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a análisis instrumental con un equipo de RX, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya con fecha 13.11.2014.

La Inspección fue recibida por [Redacted] Responsable de Calidad y supervisor, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- El equipo se encuentra en la actualidad en un carro con ruedas en la zona de taller de la planta baja y dispone de llave y contraseña. -----
- Estaba disponible un equipo portátil de rayos X, para análisis por fluorescencia de rayos X, de la firma [Redacted] con unas características máximas de funcionamiento de 35 kV y 200 µA. -----
- En la placa del equipo se leía: Serial No 540844; Model [Redacted]; Date of MFG Feb 2014. En una etiqueta sobre el equipo se leía: [Redacted] Cert No 418318; Calibrated 27/5/2014; Serial No 540844; Cust Ref 418318. -----
- Estaba disponible el certificado de calibración en origen, la declaración de conformidad CE y el manual de funcionamiento del equipo. -----



- Disponían de un sistema de estación de trabajo, para usarlo como equipo de haz cerrado. El equipo modelo [REDACTED] dispone de aprobación de tipo de aparato radiactivo con referencia HM-344 (NHM-X311). Según indicaron, no lo utilizan. -----
- El equipo puede trabajar en modo sobremesa, conectado a la estación de trabajo, y en modo portátil (haz abierto). -----
- El equipo se utiliza normalmente en la zona de taller de la planta baja. -----
- El equipo dispone de contraseña de acceso, botón de bloqueo/desbloqueo del gatillo en la pantalla en forma de candado, luces indicadoras de funcionamiento, un gatillo y un sistema de comprobación de presencia de muestra por detección de cuentas retrodispersadas. -----
- El gatillo activa la irradiación, que se detiene automáticamente al finalizar el proceso de medida de la muestra. -----
- Las luces indicadoras del funcionamiento del equipo y los enclavamientos del equipo (el equipo no emite radiación con el botón de bloqueo/desbloqueo en posición de bloqueo, paro del equipo en ausencia de muestra) funcionaban correctamente. -----
- De las medidas de los niveles de radiación, fuera de la zona del haz directo, en la zona que ocupa el supervisor tras el equipo, no se deduce que puedan superarse en condiciones normales de trabajo los límites anuales de dosis legalmente establecidos.----
- [REDACTED] realiza la asistencia técnica del equipo. -----
- Estaba disponible un detector de radiación de la firma [REDACTED] núm. de serie 40316, calibrado en origen el 9.10.2014. -----
- Estaba disponible el procedimiento para la verificación y calibración del detector. La última verificación es de fecha 14.02.2017. -----
- Las verificaciones del equipo y del detector no se anotaban en el diario de operaciones.--
- Estaba disponible una licencia de supervisor. -----
- Estaba disponible un dosímetro personal para el control dosimétrico del supervisor de la instalación. Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de diciembre de 2017. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----

DESVIACIONES

- Las revisiones periódicas del equipo y las verificaciones del detector deberán ser anotadas en el diario de operaciones.-----
- El procedimiento escrito para las revisiones periódicas del equipo desde el punto de vista de la protección radiológica y de la verificación del detector ha de ser modificado para sustituir la periodicidad semestral por anual.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a 21 de enero de 2018.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Riera Nadeu SA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

1. Se realizan las revisiones periódicas del equipo y las verificaciones del detector a fecha 23/01/2018 y se anota en el diario de operaciones el resultado obtenido.
2. Se modifica el procedimiento escrito de las revisiones periódicas del equipo de protección radiológica y verificación del detector para pasar la periodicidad de semestral a anual. Se adjunta copia del mismo.

30/01/18