

177577



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

CSN/AIN/13/IRA/2206/09

ENTRADA 11951

Hoja 1 de 2

Fecha: 26-05-2009 13:14

ACTA DE INSPECCION

D [redacted] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.


CERTIFICA: Que se ha personado el día veintinueve de enero de dos mil nueve en el **MUSEO DE BELLAS ARTES**, sito en [redacted] en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía, cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Industria y Energía con fecha 21 de noviembre de 1996.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [redacted] Supervisora, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Disponen de un equipo de rayos X [redacted] de 90 kV, 20 mA, situado en el Almacén de Pintura, en la planta semisótano. _____
- [redacted] efectúa revisiones semestrales del equipo y la instalación. _____
- Disponen de un equipo [redacted] calibrado en e [redacted] con fecha 26-4-03. _____
- En el Diario de Operación figuran la utilización del equipo y las revisiones. _____

- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador en renovación. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en _____
- Disponen de dos dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- Están elaborando el informe anual. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dos de febrero de dos mil nueve.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **MUSEO DE BELLAS ARTES** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.