

183860

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/20/IRA/1073/2009



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14780

Hoja 1 de 5

Fecha: 07-07-2009 13:41

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] A, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA QUE: Se ha personado, el día nueve de junio de dos mil nueve en el Centro de Investigaciones Biológicas, del CSIC, sito en la [REDACTED] en Madrid.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya última autorización (MO-10) fue concedida por la Consejería de Industria Energía y Minas de la comunidad de Madrid, con fecha 25-11-2003,

Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que la Inspección fue recibida por, Supervisora de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- Disponen de 36 licencias de operación, (3 son supervisores) de las cuales todas están en vigor hasta 2010-2011-2013 y una en proceso de renovación en el CSN---
- De las lecturas de dosis acumulada anual, superficial o profunda a marzo de 2009 no se deducen valores significativos.-----
- Exhiben ante la Inspección el diario de operación de la Instalación, actualizado y firmado por la supervisora en el que figuran todos los hitos principales de la instalación y las circunstancias del traslado a las nuevas instalaciones.-----
- Exhiben ante la inspección listado actualizado de los monitores de radiación o contaminación, con su estado de verificación o calibración,-----
- Exhiben ante la Inspección las revisiones por el servicio de mantenimiento del propio CIB del aparato de RX y del difractor autorizado a la instalación, en 22 de septiembre de 2008 y 01 de junio de 2009-----



Estos aparatos que están instalados en sendas salas , han atravesado una comprobación y verificación final tras su instalación mas las subsiguientes comprobaciones periódicas-----


- La Inspección curso visita a las instalaciones de uso común y algunos de los zonas habilitadas en laboratorios para trabajo con material radiactivo y al irradiador y difractor-----
- En los laboratorios se maneja material radiactivo no encapsulado, y en los cuales hay "zonas" radiactivas delimitadas. Que el resto del espacio se dedica a escritorio del personal adscrito al laboratorio, o a laboratorio donde no se emplea material radiactivo-----

- Los laboratorios arriba mencionados se encontraban todos señalizados provistos de acceso controlado separadas y señalizadas las superficies de trabajo. Que también estaban todos provistos con elementos de protección como mamparas, con recipientes para depositar los residuos y que disponían de monitores de radiación o contaminación operativos. Estaban también disponibles soluciones para descontaminación personal-----
- Los frigoríficos donde guardan los productos radiactivos o las muestras con ellos marcadas se encontraban señalizadas y separadas del resto de productos no radiactivos-----
- Cada laboratorio tiene asignado un responsable desde el punto de vista de la protección radiológica-----

También se visitó el almacén exterior de residuos, donde los materiales radiactivos se encuentran clasificados y en almacenados en condiciones de seguridad -----

Todas las dependencias que se inspeccionaron estaban reglamentariamente señalizadas. Las salas singulares tenían su acceso controlado. Todas las superficies de trabajo y las de suelos y paredes eran lisas y fácilmente descontaminables-----

- Los monitores de uso común estaban operativos y calibrados recientemente. En cada uno de los laboratorios visitados se pudo comprobar la presencia de un monitor de radiación o contaminación, estando todos los observados operativos. ---
- Existe un procedimiento para la calibración de monitores de radiación incluido en la nueva redacción del Reglamento de Funcionamiento-----
- En todas las dependencias había material de protección y recipientes adecuados para la recogida de residuos. Las neveras de almacenamiento del material nuevo o



en uso están situadas cerca de las "Zonas radiológicas" y tenían trébol de señalización en los cajones correspondientes. -----

- La Inspección Visitó la cámara caliente [REDACTED] y los cuartos de residuos anexos. Que la citada cámara caliente estaba señalizada, disponía de medios para efectuar control de accesos. En la citada cámara se hallan campanas para trabajo con los productos radiactivos que ofrecen protección adecuada al tipo de radiación e isótopo empelado. Disponen de medios de descontaminación y monitores de radiación o contaminación adecuados al riesgo.-----


- Los cuartos de residuos anexos a la cámara caliente disponen de armarios tipo nicho con puertas, que existe un cuarto de residuos para residuos beta y otro para gamma. Que los cuartos de residuos anexos a la cámara caliente disponen de cerradura con llave, -----

El almacén general de residuos dispone de armario con nichos, extracción de aire y pileta. Que este almacén que está señalizado, dispone de acceso controlado y de monitor de contaminación -----


- Las últimas eliminaciones de residuos son de fósforo, tritio y carbono en 02-06-2009-----


- Exhiben diario de operación general cumplimentado en el que se incluyen todos los datos esenciales de la instalación: Gestión de residuos, mantenimiento de equipos y detectores, control de material radiactivo, incidencias, vigilancia ambiental, funcionamiento de la instalación y dosimetría del personal.-----

- Desde la última inspección en 2009 no figura incidencia alguna reseñable anotada en diario de operación-----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticuatro de junio de 2009.

Fdo: 



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "CENTRO INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB) DEL CSIC" (MADRID), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Hoja 2.- Párrafo 1.- De las 36 licencias de operación (4 son supervisores)... en vigor hasta 2010-2011-2012-2013.

Hoja 2.- Párrafo 3.- El traslado a las nuevas instalaciones se realizó en el año 2003, está reflejado en Diarios de Operación anteriores al mostrado en esta inspección.

Hoja 2.- Párrafo 5.- Las revisiones del difractor fueron el 3 de Junio de 2009 y 22 de septiembre de 2008.


Hoja 4.- Párrafo 3.- El monitor es de radiación.

Hoja 4.- Párrafo 4.... de fósforo y azufre el 25 del 5 del 2009.

Hoja 4.- Párrafo 5.- dosimetría de área.

Madrid, 3 de Julio de 2009




Director CIB