



ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____ jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día veintiséis de marzo de 2021 en la CENTRO ASISTENCIAL ASEPEYO, sita en C/ Ramón Bonaventura, 11, 07000 PALMA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de ASEPEYO MUTUACOLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N151, con _____ Su código de registro es RX/PM-1089, y fue inscrita en el Registro el 15 de junio de 1993.

La Inspección fue recibida por _____, director del centro asistencial, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- La instalación está ubicada en un local en planta baja, y está compuesta por una sala de exploración con el siguiente equipo convencional de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----

- El equipo está inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X.
- La instalación está correctamente señalizada y disponen de diversas prendas plomadas de protección.



DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

-  médico especialista en traumatología, dirige la instalación y es el responsable de la aplicación del Programa de Protección Radiológica. Dispone de la acreditación de director de instalaciones de rayos X.
- Los facultativos,  disponen también de la acreditación de director de instalaciones de rayos X
- Operan los equipos  quienes disponen de la correspondiente acreditación como operadores de equipos de rayos X.
- Los trabajadores mencionados están sujetos vigilancia dosimétrico mediante dosimetría personal. Están disponibles los informes dosimétricos mensuales con resultados que muestran que no se han sobrepasado los límites de dosis establecidos.



TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 30/12/2020.
- Está disponibles los informes con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, de la estimación de dosis a pacientes, y de la realización del control de calidad del equipo presente en la instalación, expedidos por la el 28/01/2021 en los que no se hace constar observaciones.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

Firmado por
el día 29/03/2021 con un certificado emitido por
AC Sector Público

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a se invita a un representante autorizado de ASEPEYO MUTUACOLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N151, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por ABAD

Fecha: 2021.04.07 13:40:48 +02'00'

, en calidad de director del CENTRO ASISTENCIAL ASEPEYO, titular de la instalación de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de código RXPM-1089 (ASEPEYO MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N151)

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSNCAIB/AIN/01/RXPM/1089/2021** correspondiente a la inspección realizada el día 26/03/2021.

Manifiesto que: sin objeciones

Palma, a 07 de abril de 2021