

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día uno de diciembre de 2009 en las instalaciones de la clínica veterinaria, cuyo titular es Hospital Veterinario Cartagonova, S.L., de NIF: [REDACTED] sito en C/[REDACTED] s [REDACTED], Cartagena.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico veterinario, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1240 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 3/3/2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director de la instalación, que colaboró durante la inspección.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está ubicada en la planta baja de un edificio destinado a viviendas y consta de una sala señalizada reglamentariamente, donde se encuentra un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED] desconectado. _____
- Según se manifiesta a la Inspección la instalación no funciona desde el año 2004. _____

-
- Según manifiestan a la Inspección la instalación cambio de titular, pasando de D. ■ al a la empresa Hospital Veterinario Cartagonova, S.L. _____


DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- No se hicieron mediciones de radiación al estar el equipo desmontado. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

-
- Se justifica la acreditación del Director de la instalación. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN



La Inspección verifica el Diario de Operaciones cuya última anotación es de marzo de 2004, donde no se reseñan anomalía. No figura el sello de UTPR. _____

- En el momento de la inspección esta instalación dispone del último informe dosimétrico correspondiente al año 2003, realizado por ■ no habiendo incorporación de dosis significativas. _____
- Se comprueba la disponibilidad del Control de Calidad Anual realizado por la UTPR ■ el 3/12/2003 sin anomalías destacadas. _____
- Se verifica el envío al CSN del último informe anual, correspondiente al año 2002 en marzo de 2003, sin incidencias destacables. _____

DESVIACIONES

- La instalación sufrió un cambio de titularidad sin haber sido declarado. _____
- No se dispone de informe anual desde el año 2002. _____
- No existe Control de Calidad de niveles de radiación desde el año 2003. _____
- No hay control dosimétrico de personal expuesto desde el año 2003. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a nueve de diciembre de dos mil nueve.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

Fdo.: 

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de Hospital Veterinario Cartagonova, S.L. de Cartagena, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

* EL ÚLTIMO INFORME DE VERIFICACIÓN ANUAL
ESTO PUEDE EL 29 DIC 2003 (ADJUNTO
FOTOCOPIA DE UTA). _____

* NO LE DESCRIBIRON CONTROLES DE USUARIOS NI
DOSIMETRÍA A PARTIR DEL 2003 PORQUE
LA INSTALACIÓN ~~DEJA~~ SU ACTIVIDAD EN MARZO
DE 2004. _____

CARTAGENA, 29 DICIEMBRE DE 2009

FDO: 

GERENTE