

SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día dos de diciembre de dos mil diez en la clínica dental sita en la calle [REDACTED] de Oviedo (Asturias), cuyo titular es [REDACTED] N.I.F. [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por su titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en agosto de 2010 (IR-375).-----

La instalación, de segunda categoría, coincide sensiblemente con la registrada, está señalizada y provista de acceso controlado.-----

Dispone de una acreditación para dirección de instalaciones de rayos X y un delantal plomado con protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica (junio de 2010).-----



SNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Se encuentran instalados un equipo dental intraoral [REDACTED]
[REDACTED] número de serie [REDACTED], así como un ortopantomógrafo
[REDACTED] número de serie XCCEPH430423-RTH096050.----

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de
calidad de los equipos de rayos X por la empresa [REDACTED] en 2010.--

Se realiza control dosimétrico de un usuario por [REDACTED],
siendo la última lectura de septiembre de 2010 sin presentar valores
significativos.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de
creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto
1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real
Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto
1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y
utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico,
se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a
veinte de diciembre de dos mil diez.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del
Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de
[REDACTED] para que con su firma, lugar y
fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Oviedo, 23. Diciembre 2010

Fdo: [REDACTED]