

184298

CSN/AIN/22/IRA-1181/09



Hoja 1 de 2

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día veintiuno de julio de dos mil nueve, en la FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE, sita en la [REDACTED] en Burgos.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya última autorización (MO-5), fue concedida por la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica. Consejería de Economía y Empleo. Junta de Castilla y León, en fecha 10 de julio de 2007.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la Instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la nave de fabricación de papel, máquina de papel, se encontraba instalado un equipo radiactivo, señalizado, con fuente radiactiva de Kr-85 de 14.8 GBq. de actividad en origen, con número de serie 8713.-----
- En nave de transformados, máquina estucadora, se encontraban instalados dos equipos señalizados, con fuentes radiactivas de Kr-85 de 7,4 GBq de actividad en origen, n<sup>os</sup>. OD 367(entrada) y 368(salida).-----




- Estaba disponible un equipo para la detección y medida de la radiación,   
 n.º.304-0283, calibrado en la  n fecha 2008.-----
- Disponen de una Licencia de Supervisor, y dos de Operador, en uso; Diario de Operación de ref.174.1.83; Registros dosimétricos personales (3) y de área (6), al mes de mayo de 2009, sin valores significativos, realizando la vigilancia médica en -----
- Consta hayan dado cumplimiento a la esp.14, relativa al envío del informe anual.-----
- La Inspección recomendó, la reubicación de la dosimetría de área.-----


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de julio de dos mil nueve.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



  
**DIRECTOR FABRICA DE PAPEL**  
(P.D. de firma 31/05/2005)


Supervisor