

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día catorce de febrero de dos mil siete en la Clínica de UNION CANARIA DE MEDICINA PREVENTIVA (UCMP), cuyo titular es "Unión Canaria de Medicina Preventiva SL", de CIF ██████████ y que se encuentra ██████████ en Las Palmas de Gran Canaria (C.P.-35008).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que figura inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias desde fecha 22/02/2002.

Que la Inspección fue recibida por ██████████ operadora de la instalación radiactiva, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se componía de un solo equipo de radiología general, de marca y modelo ██████████ instalado en una sala señalizada y que, según manifiestan, tiene sus paredes plomadas. La puerta también estaba plomada. _____





CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR



- No era visible ningun cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____
- La ubicación del operador está en el exterior de la sala, _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, con distintos tiempos y orientaciones del tubo, se midieron un máximo de 9 $\mu\text{Sv/h}$ en la ubicación del operador y "fondo" en la sala de espera adyacente. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El Director de la instalación es _____ que dispone de Acreditación del CSN para tal función. _____
- Las operadoras actuales son: _____ Según manifestaron, ambas tienen titulación de TER. _
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica de las 2 operadoras mediante dosimetría personal, siendo los valores de los registros dosimétricos de 0'00 mSv/año en 2006. Los dosímetros son gestionados por la empresa _____ y leídos por _____

DESVIACIONES

- No estaba disponible informe de control de calidad de los equipos relativos a 2005 ni a 2006. Aunque se manifestó que se encontraban en las oficinas de otra instalación radiactiva, _____ tampoco allí se pudieron localizar en el momento de la inspección. Se incumple por tanto la Especificación 4ª del Anexo I del Real Decreto 1891/1991 sobre instalación y utilización de instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____
- No han enviado al CSN el Informe Anual relativo a 2005, incumplándose por tanto la Especificación 2ª del Anexo I del Real Decreto 1891/1991. ____




CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiséis de febrero de dos mil siete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "UNION CANARIA DE MEDICINA PREVENTIVA" ( Gran Canaria) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.




CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Att. 

Las Palmas, 11 de Mayo de 2007

En contestación a su acta de inspección de referencia CSN/AIN/01/RX/GC-2282/2007, de fecha 14/2/2007; en el cual se nos solicita informe sobre el control de calidad de los equipos de Rx, le remitimos copia del mismo.

Atentamente,



F
Gerente