

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día treinta de septiembre de dos mil catorce en **SERVICIO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ**, sito en la [REDACTED] ([REDACTED]) en Cádiz.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación y cuya autorización de modificación (MO-3) fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 20 de enero de 2003.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director del Servicio y Supervisor y D. [REDACTED] Operador, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación se encontraba señalizada y disponía de medios para establecer un acceso controlado. _____
- La instalación se encuentra en la [REDACTED] planta y consta [REDACTED] [REDACTED] situado en una dependencia frigorífica, para el almacenamiento del material radiactivo, laboratorio de manipulación de material radiactivo y dependencia donde se hallaban cubos con residuos y dos contadores, uno gamma [REDACTED] y otro beta [REDACTED] provisto de una fuente de Ba-133, nº F-133 de 18,8 µCi (10-1-02). _____



- No se encontraba almacenado material radiactivo. _____
- En el Diario de Operación figura que la instalación se encuentra inactiva desde 2005, habiendo reanudado las actividades en febrero de 2012. __
- Tienen previsto solicitar la baja del contador [REDACTED] y la fuente de Eu-152 retirada por ENRESA con fecha 26-10-11 y dar de alta el nuevo [REDACTED] provisto de una fuente de Ba-133, nº F-133 de 18,8 μ Ci (10-1-02).. _____
- Enresa retiró con fecha 26-10-11 la fuente de Eu-152 y los residuos líquidos de H-3. _____
- Disponen de un equipo de medida [REDACTED], nº 4553 provisto de sonda gamma, calibrado en [REDACTED] en fecha 23-7-2010. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. _____
- Disponen de tres dosímetros personales. _____
- Se encuentra en elaboración el informe anual. _____
- Han aparecido y se encuentran almacenadas en la instalación dos fuentes de Sr-90 de 0,9 mCi (1982), cada una, nº ON96 y ON-97, respectivamente, pendiente de su incorporación a la instalación. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a seis de octubre de dos mil catorce.




TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD

CSN/AIN/18/IRA/1120/14



Hoja 3 de 3

1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SERVICIO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.





CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 16284
Fecha: 16-10-2014 13:48

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid

Estimado Sr/Sra,

Adjunto le envío los siguientes documentos relativos a la Instalación radiactiva IRA 1120/11.

- Informe anual
- Acta de Inspección 2013 firmada

En Cádiz a 10 de octubre de 2014


Director de los Servicios Centrales de Investigación de Ciencias de la Salud
Supervisor de la Instalación Radiactiva IRA 1120/11
