

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó el día doce de diciembre de dos mil doce en **VITRO S.A.**, sita en la calle [REDACTED] en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a comercialización, cuya última autorización de modificación (MO-1) fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 23 de noviembre de 2005.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Operador de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Tienen tres Licencias de Operador en vigor. \_\_\_\_\_
- Las últimas lecturas dosimétricas, emitidas por [REDACTED], correspondientes a octubre de 2012 mostraban dosis no significativas para dosimetría personal. \_\_\_\_\_
- Realizan reconocimientos médicos anuales. \_\_\_\_\_
- Disponen de una dependencia debidamente señalizada con cerradura en la que se encuentra un frigorífico con cerradura para el almacenamiento del material radiactivo, recipiente para residuos líquidos, cubo para residuos sólidos, guantes y material para descontaminar. \_\_\_\_\_

- Se encontraban almacenados 3.058 KBq de I-125. \_\_\_\_\_
- Estaban disponibles los albaranes de las compras de I-125. \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación [redacted] nº 181986, con sonda 44-38, nº PR188591, calibrado en el [redacted] con fecha 10/01/08. \_\_\_\_\_
- Tienen procedimiento para la calibración y verificación del monitor de radiación. \_\_\_\_\_
- Tienen registros informáticos de los suministros. \_\_\_\_\_
- Tanto los suelos, paredes y superficies de trabajo se encontraban debidamente acondicionadas. \_\_\_\_\_
- Disponen de extintores de incendios. \_\_\_\_\_
- Han remitido al CSN los informes trimestrales. \_\_\_\_\_
- Han enviado al CSN el informe anual correspondiente al año 2011. \_\_\_\_\_
- Disponen de Diario de Operación, donde figura el movimiento de material radiactivo. Estaba registrada la última evacuación de material radiactivo caducado por desclasificación de fecha 19/03/10. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciséis de enero de dos mil trece.

---

**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **VITPO S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad con el contenido del Acta.

T. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]