SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [redacted] Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día once de diciembre de dos mil trece en la clínica sita en la [redacted] a, nº [redacted] de Gijón (Asturias), cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL** [redacted]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a uso médico ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspección fue recibida por don [redacted], quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

La última inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue realizada en enero de 2012 (IR-435). Se ha solicitado modificación de la instalación el 10 de diciembre de 2013.----------

La instalación, de segunda categoría, está señalizada y provista de acceso controlado.----------

[redacted]

SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Se encuentran instalados un equipo [redacted] número de serie [redacted], un [redacted], número de serie 27130112/921804 y un orto[redacted] número de serie YD2103.----------

Dispone de dos delantales plomados con protector tiroideo, así como de Programa de Protección Radiológica realizado por [redacted] en octubre de 2013 y de una acreditación para dirigir instalaciones de rayos X.----------

Consta se ha realizado verificación de la instalación y control de calidad de los equipos de rayos X por la empresa [redacted] en octubre de 2012 y de 2013. Se realiza control dosimétrico de cinco usuarios, siendo la última lectura realizada por [redacted] la correspondiente al mes de octubre no presentando valores significativos.----------

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR [redacted]

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil trece.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CLÍNICA DENTAL [redacted], S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CLINICA DENTAL [redacted]

Plaza Pi[redacted]

Te[redacted]

CONFORME

Fdo [redacted]