

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la CARM e Inspector Acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado, el día 25 de noviembre de dos mil ocho en PRACTISER, S.L., con domicilio en C/ [REDACTED] de Cartagena, Murcia.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, cuya última inscripción en el registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es de fecha quince de enero de 2008 y tiene el nº RX/MU-1201.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Gerente y D. [REDACTED] administrador y D. [REDACTED] Operador, quien colaboro en algún momento de la inspección, quienes en representación del titular, aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada resulta que:

- La instalación se encuentra ubicada en el bajo de un edificio de viviendas. Las salas disponen de puertas y paredes plomadas y mamparas plomadas parcialmente entre los box dentales colindantes que contienen los equipos intraorales. Dispone de la señalización reglamentaria y de aviso a embarazadas.



- La instalación está constituida por un equipo S [REDACTED], un [REDACTED] y seis [REDACTED] intraorales. -----
- Disponen de una licencia de supervisor y veintinueve de operador vigentes. ---
- Veintinueve usuarios son controlados dosimétricamente por [REDACTED] en cuyos registros de dosis acumulada anual superficial o profunda a septiembre de 2008, no se aprecian dosis significativas; fondo en todos los casos, excepto uno con una tasa acumulada de 1,36 mSv. -----

De las medidas de radiación efectuadas durante los disparos del equipo [REDACTED] como del ortopantomógrafo como de uno de los intraorales, en ningún caso la tasa de dosis alcanza a la máxima anual admisible. -----

- Exhibe un diario de operaciones destinado al registrar las actuaciones con el equipo [REDACTED] y otro diario para el equipo [REDACTED]. Ambos sellados por la UTPR [REDACTED] y firmados por la persona acreditada para dirigir la instalación. Se recuerda al titular que el Diario de Operaciones debe recoger las incidencias que afecten a toda la instalación. -----
- Exhiben el documento de Control de Calidad anual de fecha 5 de septiembre de 2008, no habiendo anomalías reseñadas en él. Se aporta el informe anual correspondiente al año 2007 remitido al CSN con fecha 19 de febrero de 2008. -----
- Al darse la gestación en una TE, se le tramita la baja maternal. -----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; en la referida autorización, se levanta y suscribe la



cliser

presente acta por triplicado en Murcia, en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, a fecha dos de diciembre de 2008.



EL INSPECTOR ACREDITADO

[Redacted signature area]

**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado del PRACTISER, S.L., Cartagena, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[Redacted signature area] 