


SN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR



CSN/AIN/12/IRA/2435/2013

Hoja 1 de 3

## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el día veinte de noviembre de dos mil trece en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, [REDACTED] Salamanca.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección de control a una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, con fines de investigación, cuya última autorización de modificación (MO-01) fue concedida por la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León en fecha 2 de mayo de 2008.

Que la Inspección fue recibida por D<sup>a</sup> [REDACTED] Supervisora principal de la instalación radiactiva quien, en representación del titular, aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que, el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### *Personal, trabajadores expuestos*

La instalación permanece sin cambios desde la anterior inspección en 2013. La instalación dispone de personal con licencia y de otro personal sin licencia que realizan trabajos de investigación algunos empleando material radiactivo. Hay formación continuada del personal mediante curso telemático "formación en protección radiológica" para todos los usuarios de la ira.-----

- La clasificación de los trabajadores es en "categoría B" Constan historiales dosimétricos actualizados e información a los trabajadores de sus dosis acumuladas anualmente -----
- Las últimas lecturas dosimétricas disponibles, a septiembre de 2013 para 36 dosímetros personales, y tres de incidencias presentaban todos ellos valores de fondo en dosis acumuladas anuales superficiales o profundas, -----




*Registros e informes*

- La instalación dispone de un Diario de Operación general, y otros Diarios de Operación. Sobre los citados diarios actualizados y visados por la supervisora sella la Inspección. La instalación dispone también de otros registros, archivos y bases de datos en medios electrónicos que se mantienen y actualizan periódicamente. Consta inventario de productos radiactivos y pedidos a fecha de Inspección-----

*Áreas de mejora*

- Durante la visita de Inspección, una parte apreciable del personal que se encontraba en los laboratorios que disponían de alguna zona de trabajo autorizado con radiaciones ionizantes, empleaban su propia ropa personal en las zonas de trabajo tanto convencionales como de productos radioactivos. La Inspección no tiene constancia, a fecha de Inspección, de las normas aplicadas por los responsables en materia de seguridad e higiene en el trabajo del centro inspeccionado-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de noviembre de dos mil trece.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.