


CSN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

159611

Hoja 1 de 3



ACTA DE INSPECCION

[REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se han personado el día veintiséis de septiembre de dos mil seis en **NOVAPET S.A.**, sito en el [REDACTED] en [REDACTED] (Huesca).

Que la visita tuvo por objeto realizar una Inspección de control de la instalación radiactiva destinada a la medida de nivel con fines de control de procesos, ubicada en el emplazamiento referido, cuya última autorización (MO-01) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 21 de junio de 2005.

Que la Inspección fue recibida por la Dña. [REDACTED] Supervisora de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de [REDACTED] equipos de la firma [REDACTED]
- El almacén temporal de los equipos se encuentra en el almacén de Pretratamiento de Aguas. [REDACTED]



- Los equipos incorporan una fuente radiactiva encapsulada de [REDACTED]
- Con fecha 5 de abril de 2006 [REDACTED] realizó las pruebas para garantizar la hermeticidad de las [REDACTED] radiactivas de [REDACTED] con n<sup>os</sup> de serie [REDACTED] con resultado satisfactorio. \_\_\_\_\_
- Con fecha 5 de abril de 2006 [REDACTED] realizó la vigilancia de los niveles de radiación de los equipos. \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación operativo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y n/s [REDACTED] que comparten con la instalación radiactiva de Brilen. \_\_\_\_\_
- Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección de la radiación. \_\_\_\_\_
- Disponen de una Licencia de Supervisor y una Licencia de Operador en vigor y una Licencia de Operador en trámite de concesión. \_\_\_\_\_
- Disponen de tres dosímetros personales, uno de ellos para el personal que vaya a realizar operaciones dentro de la zona delimitada, y un dosímetro de área. Estaban disponibles sus lecturas dosimétricas, procesadas por [REDACTED] con último registro agosto de 2006, y con valores de fondo para el personal. \_\_\_\_\_
- El personal expuesto se encuentra clasificado como categoría B. La vigilancia médica se realiza en la [REDACTED], última octubre 2005. \_\_\_\_\_
- Disponen de Diario de Operación con referencia 282.04.04, en el que se anotan los niveles de radiación, paradas, pruebas de hermeticidad y trámites administrativos. \_\_\_\_\_
- En mayo de 2005 se impartió formación sobre la instalación radiactiva. Estaba disponible el registro de los asistentes y del contenido del programa. \_\_\_\_\_
- Disponen de acuerdo escrito de devolución de fuentes gastadas con el suministrador. \_\_\_\_\_
- Las tasas de exposición medidas en contacto con los equipos son similares a las facilitadas por el fabricante del equipo. \_\_\_\_\_




**CSN**

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3

- Disponen de documentación justificativa de que el personal de la instalación conoce el Plan de Emergencia. \_\_\_\_\_
- Se ha recibido en el CSN el Informe Anual de la instalación correspondiente al año 2005. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dos de octubre de dos mil seis.



**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado del "NOVAPET S.A" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

\_\_\_\_\_ a 10 de Octubre de 2006

\_\_\_\_\_  
The logo for NOVAPET S.A. is displayed, featuring the company name in a stylized font within a rectangular border. A handwritten signature is written over the logo.