



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó, el día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en **SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION S.A.**, (Delegación de Cádiz) sita en [REDACTED] en Puerto Real (Cádiz).


La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a gammagrafía, cuya última autorización de modificación (MO-56) fue concedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con fecha 4 de julio de 2016.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Delegado de Cádiz, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- Disponen de un recinto de hormigón, señalizado, para la realización de gammagrafías provisto de llave de bloqueo en la puerta, así como llave de emergencia, pulsadores de apertura y cierre de la puerta y cables para el desbloqueo de la puerta en caso de corte de corriente eléctrica y señalización luminosa de funcionamiento. _____
- Dentro del recinto blindado disponen de pulsadores de apertura y cierre de la puerta, cables para el desbloqueo de la puerta en caso de corte de corriente eléctrica, señalización luminosa y monitor de radiación [REDACTED] modelo [REDACTED], nº 0206-028, provisto de señal acústica y tarado a 10 mR/h, verificado con fecha 22-1-2016. _____
- Se comprobó el buen funcionamiento de los enclavamientos. _____





- Disponían de dos equipos [REDACTED], nº D-11643 y D-2838, provistos de sendas fuentes de Ir-192. _____
- Disponen de los Diarios de Operación de los equipos donde figura la fecha, lugar de trabajo, operador, ayudante, actividad, nº de exposiciones, dosis, firma y observaciones. _____
- Estaban disponibles los certificados de revisión de los equipos, telemandos y los certificados de las fuentes radiactivas. _____
- Disponen de dos monitores de radiación [REDACTED] y de dosímetros digitales los operadores y ayudantes. _____
- Disponen de programa para la calibración y verificación de los equipos de detección y medida de la radiación. _____
- Disponen de dosímetros personales TLD los Operadores y ayudantes, sin datos significativos. _____
- Disponen de Licencias de Supervisor y una de Operador y tres ayudantes trabajan en las delegaciones de Cádiz. _____
- Disponen de Diarios de autocontrol dosimétrico. _____
- Remiten las hojas de inventario de las fuentes radiactivas y disponen de aval bancario. _____
- Disponen de Consejero de transporte y póliza de seguro. _____
- Disponen de señalización para el transporte de los equipos, telepinza y una teja de plomo. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45:1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION S.A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CONFORME POR EL
SUPERVISOR