

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día treinta y uno de julio de 2008 en las instalaciones de INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL, S.A., sito en C/ [REDACTED] Molina de Segura.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a control de humedad y densidad de suelos, cuya última autorización de modificación (MO-3) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia con fecha 18 de octubre de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director Técnico y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.


Que la representación del titular de la instalación fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- Se constata la disposición de un almacenamiento blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de incendios. _____





-
- Se constata la reciente incorporación de un nuevo equipo ■ con referencia nº 370908839, estando también en la instalación, en el momento de la Inspección, los otros dos equipos ■ de referencias: nº 30129979 y nº 30049505 de los que se disponían sendos certificados de pruebas de hermeticidad realizados por ■ en mayo y junio de 2008. _____
 - Disponen de tres equipos para la detección y medida de radiación M-\$ con nºs de serie: 38631, 24151 y 67056 (recientemente adquirido) enviados a calibrar al ■ el 30/6/2008. _____



DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

-
- Los niveles de radiación medidos en los equipos, y en las dependencias contiguas, se encontraban dentro de los límites autorizados. _____

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se exhibió la documentación siguiente: Un Diario de Operaciones de la Instalación, ref. 236.3.98 y tres diarios de los equipos, ref. 237.3.98(-05), ref. 254.4.00(-79) y el correspondiente al equipo nuevo, ref. 328.1.08(-39). _____
- Se verifica la vigencia de las licencias de los operadores (5) y Supervisor (1) y se constata el registro dosimétrico referido a siete usuarios al mes de junio de 2008 sin valores significativos. _____
- La vigilancia médica ha sido realizada por ■ en mayo de 2008. _____
- Se recuerda a la instalación el cumplimiento de la reglamentación de para el transporte de material radiactivo.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el

Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la Sede de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a 1 de agosto de 2008.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.

[Redacted signature area]

Fdo.: [Redacted]

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL, S.A.** en P. [Redacted] Molina de Segura, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME. 12-Agosto-2008

Supervisor IRA 2307



informes
técnicos de
Control, s.l.

[Redacted signature area]

30500

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]