

163456

**ACTA DE INSPECCION**

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día veintiuno de marzo de dos mil siete en **INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES.**, sita e ██████████ en Sevilla.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya última autorización de modificación (MO-2) fue concedida por el Ministerio de Economía con fecha 1 de marzo de 2004.

Que la Inspección fue recibida por ██████████ Supervisores, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de los siguientes equipos:


+ Difractrómetro ██████████ (homologado)

+ " ██████████

+ " ██████████

+ " ██████████


+ " ██████████



██████████

- + " ██████████
- + Fluorescencia ██████████
- En el Diario de Oposición figura la utilización de los equipos y el cambio de dosímetros. \_\_\_\_\_
- Disponen de nueve dosímetros de área, sin datos significativos. \_\_\_\_\_
- El monitor de radiación ha sido calibrado en el ██████████ con fecha 20-11-04.
- Disponen de dos Licencias de Supervisor. \_\_\_\_\_
- Efectúan reconocimientos médicos en ██████████ \_\_\_\_\_
- El personal está clasificado en la categoría B. \_\_\_\_\_
- Las revisiones técnicas de los equipos las efectúa ██████████ y ██████████ \_\_\_\_\_
- Se encuentra en elaboración el informe anual. \_\_\_\_\_


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintidós de marzo de dos mil siete.

██████████  


**TRAMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Sevilla, 12 de abril de 2007

██████████



██████████

Fdo: ██████████ Supervisor I.R.