

185507

CSN/AIN/35/IRA-0413 B/09

Hoja 1 de 3

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 19592

Fecha: 19-10-2009 10:06

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil nueve, en el **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRANADA**, sito en la [REDACTED], en Granada



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización (MO-9), fue concedida por la Dirección general de Política Energética y Minas. Ministerio de industria, Turismo y Comercio, en fecha 29 de mayo de 2006.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Gerente. D. [REDACTED] Jefe del Servicio de Protección Radiológica. D. [REDACTED] Director de la Unidad de Gestión y D. [REDACTED] Jefe del Servicio de Medicina Nuclear, en representación del titular quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:


- El material radiactivo disponible en la instalación, señalizada y provista de acceso controlado, según las anotaciones del Diario de Operación de ref. 180/04, se encontraba dentro de los límites autorizados, así como dos fuentes de verificación de Co-57 nº. 5820 y 5951 de 746 y 775 MBq de actividad en origen.



- En una dependencia se encontraba instalada una gammacámara [redacted] de la firma [redacted], modelo [redacted] refs. 8717766, 1050, 38133 CT, CE-0086.-----
- Los residuos radiactivos sólidos producidos en la instalación, se encontraban almacenados en condiciones de seguridad en espera de su eliminación previo decaimiento o retirada, consta hayan sido retirados por la firma suministradora [redacted], 9 generadores de Mo99/Tc99m en fecha 1.09.09, así como una fuente de verificación fuera de uso de Co-57 de ref. 5686, por ENRESA, en fecha 7.07.09 y ref. 2009/115/001-PR/2009/027.-----
- El Sº.R.H., realiza medidas periódicas de los niveles de radiación: [redacted] nº.4235 y termo [redacted]º. 019699, de reciente adquisición y de contaminación: [redacted] nºA0104, calibrados en el [redacted] en fecha 2004, y de tres equipos para la medida de la radiación ambiental, [redacted] nº.155, [redacted] nº.A0104, y [redacted] nº.2791, sito en la Unidad de Radiofármacos.-----
- Disponen de medios adecuados para el almacenamiento y manipulación de material y de residuos radiactivos, descontaminación y extinción de fuego, superficies, suelos y prendas de protección radiológica.-----
- Fueron exhibidos dos Diario de Operación, uno destinado al Servicio de ref. 387.1.91, y otro destinado a Radiofármacos de ref. 180/04.-----
- De la revisión de los registros dosimétricos relativos a 17 usuarios , referidos al mes agosto de 2009, no se deducen valores significativos.-----
- Disponen de cinco Licencias de Supervisor y once Licencias de Operador, aplicadas a la instalación.-----
- Consta se haya dado cumplimiento a la especificación 14, relativa al informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de septiembre de [redacted] nueve





TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de " **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRANADA** ", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

