

184598

CSN/AIN/05/IRA/2536/06



Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
ENTRADA 19308

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día diecinueve de septiembre de dos mil seis, en la **BASE AEREA DE ZARAGOZA**, Grupo de Material, ALA-15, sita la [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiografía industrial, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización, fue concedida en fecha 17 de enero de 2002.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] y C.C., quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, personal de la instalación, resulta:

Que para el almacenamiento y radiografiado disponen de un recinto blindado, señalizado y provisto de acceso controlado, ubicado en el denominado, [REDACTED], así como en otros de acuerdo con la Esp. 2ª de la autorización en vigor.-----

Que para las operaciones de radiografiado disponen de dos equipos de rayos X de la firma [REDACTED] de ref: 382116/802116 y [REDACTED]. De ref: [REDACTED] revisados por la firma, [REDACTED] Española.-----

CSN/AIN/05/IRA/2536/06



Hoja 2 de 3

Que fueron exhibidos dos equipos para la detección y medida de la radiación, uno [REDACTED]. [REDACTED] otro Monitor [REDACTED], calibrados en el CIEMAT, en fecha 2005 y 2006, respectivamente.-----

Que fue exhibida la documentación, siguiente: Diarios de Operación; General de ref. [REDACTED] del equipo [REDACTED] de ref. [REDACTED] / del equipo [REDACTED] indicando la no utilización de los equipos.-----

Que de la revisión del último registro dosimétrico relativos a cuatro usuarios, no se deducen valores significativos, habiendo causado baja Dña. [REDACTED].-----


Que disponían de una Licencia de Supervisor, a favor de D^a. [REDACTED], manifestando a la Inspección que la [REDACTED] había sido destinada a Madrid. Que consta se haya solicitado un Licencia de Supervisor, a D. [REDACTED].-----

Que disponían de tres Licencias de Operador, manifestando encontrarse de baja por enfermedad D. [REDACTED].-----

Que fue exhibida la vigilancia médica realizada a D. [REDACTED] de la instalación.-----

Que consta se haya dado cumplimiento a la Esp. 16^a, relativa al informe anual de la instalación.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear, a veintiuno de septiembre de dos mil seis..



=====

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado de "BASE AEREA DE ZARAGOZA. GRUPO MATERIAL. ALA-15" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

B.A. Zaragoza, 29 de septiembre de 2.006

CONFORME:

El representante de la instalación

Cte. (CIN-ESO) 